



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-271584431
Konu : Teklife Davet

18.03.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **25.03.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASPIRATÖR CİHAZLARI, ASPIRATÖR (ÇİFT KAVANUZLU) TAŞINABİLİR CERRAHİ	ADET	1		
2	DEFİBRİLATÖR CİHAZLARI, DEFİBRİLATÖR CİHAZI HARİCİ BİFAZİK OTOMATİK MONİTÖRLÜ	ADET	1		
3	EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFI) CİHAZLARI, EKG CİHAZI 12 KANAL YAZICI ÇIKIŞLI MONİTÖRLÜ VE YORUMLU	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E43B6894-50F1-493F-AA7A-76A7E4B076B3

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



DEFİBRİLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Defibrilatör Özellikleri

- Kullanım Yeri: Genel, Acil ve Ambulans
- Hasta Tipi: YETİŞKİN, PEDIATRİK, YENİDOĞAN
- Çalışma Modu: AED, MAUNEL, SENKRONİZE, MONİTÖR, PACEMAKER
- Güç Kaynağı: ŞEBEKE VE BATARYA
- Batarya Çalışma Süresi (saat): 4
- Batarya Özelliği: İzleme modu: 2.5 saat, Defib Modu: 100 kez, 1 dakika aralıklarla 360J deşarj
- Cihaz Üzerinde İzlenecek Parametreler: 3 Kanal dalga formu (EKG, SpO2, Respirasyon), hasta tipi, batarya güç indikatörü, uyarı mesajları, tarih-saat, cihaz açılış zaman sayacı
- Genişlik (mm): 295
- Derinlik (mm): 252
- Yükseklik (mm): 316
- Otomatik Ped Algılama: EVET/VAR

CPR Destekli Monitörlü Defibrilatör Özellikleri

- Tipi: YÜKSEK ENERJİLİ
- Dalga Formu: Bifazik Truncated Exponential (BTE)
- Defibrilasyon Araçları: Kaşıklar ve Pedler
- Şarj Süresi: Yok
- Şarj Bekletme Süresi (sn): 60
- Şarj Bekletme Süresi Seçenekleri (sn): 30, 60, 90, 120, 180
- Ekran Boyutu (inç): 7
- Ekran Özellikleri: Renkli LCD Ekran 800X480 Piksel
- Kalp Atım Hızı: 15-350 bpm
- CPR Desteği Özellikleri: Sesli ve Görsel ikaz
- Pacemaker Özelliği: EVET/VAR
- Pacemaker Fonksiyonu Özellikleri (varsa): Dalga formu: Monofazik kare dalga Amplitude: 0-200mA arasında 5 mA lik basamaklarla Frekans: 40-170ppm arasında 5ppm basamaklarla
- AED Modu Şoklanabilir Kalp Ritimleri: Ventriküler fibrilasyon(VF) , Ventrikuler taşikardi(VT)
- Batarya Şarj Edilebilme Özelliği: EVET/VAR
- Batarya Şarj Olma Süresi (saat): 3

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Neşe DURMUŞ
Biyomedikal Teknikeri

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Kaşım Kayıt yetkilisi

Taha Yasin KOÇ
Kalite Birim Sorumlusu

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BARBARAN
Medikal Teknikeri


Bahadır Kaşım Kayıt yetkilisi

MSU 140-10

Kasım DEMİR

- Kendini Test Etme Özellikleri: Açılıştta, Operasyon esnasında, Kullanıcı tarafından isteğe bağılı olarak ve otomatik
- Veri Kayıt ve Saklama Özellikleri: 200 Alarm, 100 Hasta profili,120 saat Trend
- Veri Aktarım Özellikleri: USB port ve Ethernet port üzerinden
- CPR Esnasında Derinliğini ve/veya Hızını Gerçek Zamanlı Geri Bildirim: HAYIR/YOK

Diğer Özellikler: Cihaz 360 Joule Bifazik teknolojisine sahiptir ve Standart SpO2, EKG ve Pacemaker modülü mevcuttur. Cihaz yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygundur Türkçe menü ve Türkçe Sesli CPR Desteğı mevcuttur. Ekranda doğru enerji aktarımı için kaşık temas empedans göstergesi mevcuttur. Güneş ışığı yansımalarını önleyen ekran mod seçimi, ses kayıt özelliğı Eklenebilir NIBP, EtCO2 modülleri mevcuttur. Eklenebilir altyapısı mevcut HL7 data aktarımı


Bahadır Karayen



Atilla KOC


Taha Yasin KOC
Kalite Birim Sorumlusu


Kosim DEMIR


Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya PASARCAN


Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nese DURMUŞ
Biyomedikal Teknikeri


DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
İrdal GERENÇİ
Biyomedikal Tasarım Kayıt yetkilisi


ÇİFT KAVANOZLU ASPIRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün Özellikleri

- **Aspiratör Özellikleri**
- **Aspiratör Tipi:** Plastik Kavanozlu Cerrahi
- **Motor Özelliği:** KURU TİP VAKUM POMPASI
- **Maksimum Hava Debisi (L/Dk):** 60
- **Maksimum Vakum (mmHg):** 670
- **Vakum Ayarı Özelliği:** VAR
- **Toplama Kavanozu:** 3 L
- **Toplama Kavanozu Sayısı:** 2
- **Sonda Kabı:** EVET/VAR
- **Seyyar Stand:** HAYIR/YOK
- **Stand Arka Sepet:** EVET/VAR
- **Vakum Girişi:** ÇİFT
- **Sağ Sol Kavanoz Geçişi:** VAR
- **Emniyet Şamandırası:** HAYIR/YOK
- **Hidrofobik Filtre:** EVET/VAR

Diğer Özellikler DOLU KAVANOZUN BOŞALTILMASI ESNASINDA DİĞER KAVANOZUN KULLANILMASINA İMKAN SAĞLAMAKTADIR.

Bohtop Kocayen
[Signature]

Atsuğul
[Signature]

Taha Yasin KOC
Kalite Birim Sorumlusu

Kosim Demir
[Signature]

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BASARCAN
Biyomedikal Teknikeri

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENGI
Biyomedikal Tasarım Kayıt Yetkilisi

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Nese DURMUS
Biyomedikal Teknikeri

EKG TEKNİK ŞARTNAMESİ

Elektrokardiyogram Özellikleri

- Kanal Sayısı: 12 KANALLI
- Ekran Boyutu (İnç): 8,9
- Ekran Özelliği: 1280X768 PİKSEL RENKLİ TFT LCD DOKUNMATİK EKTRAN
- Hafıza Özelliği: 3000 EKG
- Yazıcı Hassasiyet Değeri (mV): 1.25, 2.5, 5, 10, 20 10/5, 20/10 mm/mV
- Defibrilatör Koruması: EVET/VAR

EKG Özellikleri

- Kayıt Formatları: 3*4/3*4+1R/3*4+3R/6*2/6*2+1R/6*2+3R/12*1/12*1+1R/12*1+3R
- Cihaz Analiz Özelliği: EVET/VAR
- Cihaz Yorum Özelliği: EVET/VAR
- Analiz Örnekleme Değeri (örnek/sn): 8000
- Kaydedici Hızı (mm/sn): 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50
- Giriş Örnekleme Hızı (örnek/sn): 8000
- Batarya Özelliği: EVET/VAR
- Aritmi Modu: EVET/VAR
- HL7 Sistemine Bağlanabilme Özelliği: Alt Yapısı Mevcut

Diğer Özellikler

PACEMAKER ALGILAMA ÖZELLİĞİ MEVCUTTUR SESLİ VE GÖRSEL ALARM MEVCUTTUR. DİL SEÇENEKLERİ SD KART, USB VE LAN PORTU EKLENEBİLİR BARKOD OKUYUCU ALT YAPISI MEVCUTTUR. EKLENEBİLİR WİFİ ÖZELLİĞİ SAYESİNDE EKG VERİ YÖNETİM SİSTEMİNE OTOMATİK RAPOR GÖNDERME ALT YAPISI MEVCUTTUR.

Bahadır Kaşıkçı

Atsu Aydın

Taha Yaşar KOC
Kalite Birlik Sorumlusu

Kesim Döndü

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekeriya HASARGAN

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Neşe DURMUŞ
Biyomedikal Teknikeri

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal ÇERENÇİ
Biyomedikal Taahhüt Kayıt yetkilisi