

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.03.2025

Sayı: 397

Konu: DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.03.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ağız,koltukaltı ve makattan ateş ölçebilmelidir.
- 2.Açma kapama düğmesi ve güç tasarrufu için otomatik kapanma sistemi olmalıdır.
- 3.10 sn ile 60 sn gibi süreler arasında ısıyı çabuk ölçebilir olmalıdır.
- 4.Otomatik kontrol özelliği olmalıdır.
- 5.Su geçirmez özellikte olmalıdır.
- 6.Ölçüm sonunda sinyal vermelidir.
- 7.Cam ve civa içermemelidir.
- 8.Anti alerjik olmalıdır.
- 9.Düz yada bükülebilme imkanına sahip uç kısmı olmalıdır.
- 10.Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
- 11.Hafızası olmalıdır.
- 12.LCD ekran kolay okunabilir özellikte olmalıdır.
- 13.Ölçüm aralığı 32.0-44.0 C arasında olmalıdır.
- 14.+/- 0.1 ölçüm aralığı olmalıdır.
- 15.Uzun ömürlü ve piller dahil olmalıdır.
- 16.Sesli uyarı olmalıdır.
- 17.Düşük pil göstergesi olmalıdır.
- 18.Koruyucu kapağı olmalıdır.
- 19.Cihazın Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
- 20.2 yıl garanti süresi olmalıdır.
- 21.Yedek olarak ayrıca 15 adet pil temin edilmelidir.

Dr. Emre UĞUZ UYGUN
Tıbbi Aletler Mühürsü

Selvi AKEL