

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.03.2025

Sayı: **323**
Konu: 3 KALEM ANESTEZİ MASKESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.04.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:3			50	Adet		
2	ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:4			50	Adet		
3	ANESTEZİ MASKESİ YETİŞKİN NO:5			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ANESTEZİ MESKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Maske çok kullanımlık, silikon materyalden imal edilmiş olmalı ve latex içermemelidir.
- Maske kafsız ve şeffaf (Transparan) ve yüze oturan yapıda olmalıdır.
- Maske hasta durumunu (Sekresyonları) gözlemlemek için uygun saydamlıkta üretilmiş olmalıdır.
- Maske 2 numaraları yuvarlak 3-4-5 numaralarının yapısı Anatomik olmalıdır.
- Maske Tüm Ambu ve Anestezi devre konnektörleri ile uyumlu olmalıdır.
- Maskenin 2-3-4-5 numara boyları olmalı, kliniğin istediği adetlerde teslim edilmelidir.
- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Ürün çok kullanımlık olmalı, otoklavda 130-140 derecede steril edilebilmelidir.
- Ürünün üzerinde maske numarası bulunmalıdır.
- Teklif veren firmalar numune vereceklerdir. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır
- İstenildiği takdirde numune gönderilmelidir.
- Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Uzm. Dr. Fatma OKYUCU
Anesteziyoloji Reanimasyon
Uzmanı
Dip. Tes. No. 08393
Ağrı Devlet Hastanesi

Fatihim A. Kuru
Müdür