

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 322
Konu: 5 KALEM MASKE ALIMI

27.03.2025

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.04.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LARİNGEAL MASKE, SİLİKON, NO:2			50	Adet		
2	LARİNGEAL MASKE, SİLİKON, NO:2.5			50	Adet		
3	LARİNGEAL MASKE, SİLİKON, NO:3			50	Adet		
4	LARİNGEAL MASKE, SİLİKON, NO:4			50	Adet		
5	LARİNGEAL MASKE, SİLİKON, NO:5			40	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

LARENGEAL MESKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Larengeal maske, hipofarenksin şekline uygun olarak tasarlanmış ve larinksı sıkıca kapatmak üzere oluşturulmuş minyatür bir silikon maske olmalıdır.
- 30 derecelik bir açı ile birleştirilmiş silikon tüpten oluşan bir tıbbi cihaz olmalıdır.
- Bu özel tasarımı sayesinde, maske doğru bir şekilde yerleştirildiğinde etkili bir hava yolu geçidi sağlamalıdır.
- Laringeal maskenin gövdesinde yer alan duvar boyunca, radyolojik kontrol amaçları için kullanılan ve maskeyi doğru bir şekilde yerleştirmeye yardımcı olan bir radio-opak çizgi bulunmalıdır.
- cerrahi müdahaleler sırasında veya diğer tıbbi prosedürlerde maskenin konumunun doğrulamasına yardımcı olabilmelidir.
- Çok kullanımlı modeller, en az 40 defa steril edilip kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Bu çeşitlilik, farklı tıbbi ihtiyaçlara ve kullanım senaryolarına uygun olmalıdır.
- Genel olarak, larengeal maske, hava yolu yönetimi konusunda önemli bir rol oynayan, şekline uygun tasarımı, radyolojik kontrol için ek özellikleri ve çeşitli kullanım seçenekleri olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Ürün çok kullanımlık olmalı, otoklavda 130-140 derecede steril edilebilmelidir.
- Ürünün üzerinde maske numarası bulunmalıdır.
- Teklif veren firmalar numune vereceklerdir. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır
- İstenildiği takdirde numune gönderilmelidir.
- Türkiye standartlarına uygun olmalıdır.

Uzm. Dr. Fatma OKYUCU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uzmanı
Dip. Tes. No: 168383
Ağrı Devlet Hastanesi

Fahim Akın
İmza