

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.04.2025

Sayı: 343

Konu: 5 KALEM GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.04.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VİTREKTOMİ MAKASI			2	Adet		
2	SÜTUR FORSEPSİ TENNANT TİP EĞİK			2	Adet		
3	CAPSULORHEXİS FORSEPS			2	Adet		
4	KORNEAL FORSEPS HARMS COLİBRİ TİP			2	Adet		
5	FAKO CHOPPER			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,5mm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılmayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. Teknik komisyon, uygun gördüğünde daha sert çelikten mamul cerrahi aletleri kırılmaya dirençli, kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli olarak kabul edilip tercih edilebilecektir. Sertlik dereceleri aşağıdaki gibi olacaktır.
6. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alış verişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) USA, Almanya, İtalya, İngiltere veya İsviçre olmalıdır.
7. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
8. Yerli malı teklif eden firmaların 'YERLİ MALI BELGESİ' olması zorunludur. Bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
9. Firmaların teklif ettikleri markalara ait, üretici firma tarafından hazırlanan menşei beyan belgeleri ÜTS sistemine kayıtlı ürünlerin menşeleri ile karşılaştırılacak, menşei beyan belgesi ve ÜTS sisteminde farklılık olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. İhale dökümanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaps belirlemek açısından yazılmış olup, istekli cerrahi alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları göreceğ şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları çapları ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayışı ile teklif edilecek aletlerin istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle +/-5 mm toleranslı uzunluktaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde uç eğim kavis şekil ve metal yapısında istenilen ile aynı olmak zorundadır.
11. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
12. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
13. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında vermelidir.
14. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.
15. Teklif edilen cerrahi aletlerin çelik sertlik dereceli aşağıdaki gibi olmalıdır. Aşağıda bulunan değerler üretici firma tarafından hazırlanmış apostil tasdikli olarak ihale dosyasında sunulmalıdır. Bu belgenin ihale dosyasında bulundurmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
  - PENSETLER 400 SST 80-90 HTB 55 HRC
  - İĞNE TUTUCULAR 400 SST 80-90 HRB 55 HRC
  - MARKIRLAR VE İŞARETLİYİCİLER 300 SST 80-90 HRB
  - TREFİN BIÇAKLAR 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
16. İştirakçi firmalar bu şartnamede yer alan idarenin belirleyeceği ürünlerden numune getireceklerdir. Numuneleri eksik veya hatalı getiren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Numunelerin şekil ve fonksiyonları oluşturulacak bir uzman cerrahi ekip tarafından çıplak gözle, mikroskopla ve ameliyat sırasında kullanılmak kaydı ile incelenerek test edilecektir, bu işlemler imalat sırasında da bu şekilde yapıldığından aletlerin özellikle;
18. a-) Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan elastik yapı 'ya sahip olmalıdır.

Ayfer GÖK  
Ameliyane Sorumlusu  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi  
Op.Dr. Zehra GÜVEN SAĞLAM  
Dip.Tes.No:128548-Uzm.Tes.No:174195

- b-) Kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.  
c-) Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağız ve dişleri karşılıklı tam olarak kapanmalıdır.  
d-) Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.  
e-) Eklemsizlerde bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.

## GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	ADET	TEKNİK ŞARNAME
1	23G HORIZONTAL VİTREKTOMİ MAKASI	RD-1531T	1	Aletin uç kısmı paslanmaz çelikten handle kısmı titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. 23G kalınlığında vitrektomi makası olmalıdır. Toplam uzunluğu 13.5 cm olmalıdır. Şaft kısmı eğimli olmalıdır. Uç ve handle tek parça olmalıdır. Aletin üzerinde markası ve katalog kodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Alet üretici firmanın katalogunda bulunmalıdır.
2	TENNANT EĞİMLİ BAĞLAMA PENSETİ	RD-1690	1	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Tennant model eğimli uçlu bağlama penseti olmalıdır. 8/0-10/0 süturlarda kullanıma uygun olmalıdır. Aletin üzerinde markası ve katalog kodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Alet üretici firmanın katalogunda bulunmalıdır.
3	UTRATA CAPSULORHEXİS FORCEPS	RD-1707	1	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup UTRATA model uç kısmı düz kapsül tutma penseti olmalıdır. Aletin açından sonraki uç kısmı 11mm olmalı ve düz olmalıdır. Alet üzerinde üçer adet ergonomik olarak dizayn edilmiş delikler olmalıdır. Alet firmanın orijinal katalogunda bulunmalıdır.
4	COLİBRİ KORNEAL FORCEPS	RD-1662	1	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Harms model corneal forsepsi olmalıdır. Toplam boyu 7,5 cm olmalıdır. 1X2 dişli ve dişlerin açısı 45 derece olmalıdır. Bağlama platformlu olmalıdır. Dişlerin kalınlığı 0,12 mm olmalıdır. Aletin elden kaymayı önlemesi için ortasında bir adet delik bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal katalogunda bulunmalıdır. Aletin üzerinde üretildiği ülkenin adı ve katalog numarası yazılı olmalıdır.
5	LESTER IOL MANIPLATOR	RD-1300	1	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Lester model manipatör olmalıdır. Uç kısmında lensi itip çekmeye yarayan çentiği olmalıdır. Toplam boyu 12 cm olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal katalogunda olmalıdır. Aletin üzerinde üretildiği ülkenin adı ve katalog numarası yazılı olmalıdır.
6	ROSEN PHACO CHOPPER	RD-1349	1	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Rosen model fako bölücü olmalıdır. Uç kısmı bombeli olmalı ve alt kısmı kesici olmalıdır. Alet üzerinde elden kaymayı önleyen tırtıklar olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal katalogunda bulunmalıdır. Aletin üzerinde üretildiği ülkenin adı ve katalog numarası yazılı olmalıdır.

**Ayfer GÖK**  
Ameliyathane Sorumlusu Hemşiresi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op.Dr.Zehra ZAVUN BAĞLAM  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Diyadin No:12951 / 174195