

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.04.2025

Sayı: 346

Konu: KALICI HEMODİYALİZ KATATERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.04.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KALICI HEMODİYALİZ KATETER SETİ, ÇİFT LÜMENLİ 14,5 F			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KALICI HEMODİYALİZ KATATERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (12,5 Fr -14,5Fr)

1. Hemodiyaliz için uzun süreli damar yolu sağlamak amacıyla internal jugular vene ve subklaviyan vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Kateter 12,5 Fr ya da 14,5 Fr ve 28 cm – 32 cm uzunluk aralığında olmalıdır.
3. Kateter kendiliğinden pre curves olarak tasarlanmış olmalıdır.
4. Kateter silikon ve capotan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır.
5. Kateter ameliyatla ya da Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
6. Kateter implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
7. Kateterin döndürülebilir dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
8. Kateterin cuff kısmı polyester materyalinden yapılmış olmalıdır.
9. Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
10. Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extensing line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
11. Kateter materyal yapısından dolayı kink yapmaya dirençli olmalıdır.
12. Setle birlikte tear-away sheath sağlamalıdır.
13. İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.
14. Set içinde, setin hastaya takılmasını sağlayacak gerekli uygulama malzemelerinin hepsi bulunmalıdır.
15. İkili steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
16. Sterilizasyon ve son kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.
17. Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
18. Komisyon tarafından göz ile muayeneye tabi tutulacak malzeme kabul edilecektir.

Op.Dr.Abdullah Urve KÖKSAL
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip Tes.No:191310
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ayşe BOĞUK
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op.Dr.Burak DUMAN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip Tes.No:168429
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi