

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

10.04.2025

Sayı:

Konu: Rivamed Marka Diyaliz Su Arıtma Sistemi İçin Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.04.2025 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Dr. Sercan KARABULUT
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI HİDROFOR MOTORU		1	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SAF SU HİDROFOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hidrofor kapasitesi minimum 3 m³/h özellikte olmalıdır.
- Hidrofor basıncı 3-4 bar arasında çalışabilmelidir.
- Pompa üzerinde Dokunmatik start/stop butonu pompanın kendi üzerinde bulunmalıdır.
- Ayrı basınç şalterine ihtiyaç duymamalıdır.
- Pompa kuru ve susuz çalışma korumasına sahip olmalıdır.
- Pompa mevcut sisteme uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- Teklif verecek firma yetkili teknik servis unvanına sahip olmalıdır.
- Teklif verecek firma pompanın montaj ve demotajını yapacaktır.
- Yüklenici firma motorun montajı için özel üretilmiş 1 adet bay pass vanaları motorun montajı için temin edecektir.
- Yüklenici firma motorun montajından sonra 5 lt dezenfeksiyon ilacı temin edecektir. Dezenfeksiyon yaparak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır
- Pompa yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra motordan dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
- *En az 2 yıl garantili olacaktır.*
- Yüklenici firma hastaların hayati riskini göz önünde bulundurarak gövdesi paslanmaz su kalitesini bozmayacak birebir orijinal motor kullanmalıdır.
- *[Redacted]*
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.



Varsel ATAS
Diyadiniz Teknikleri.