

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.04.2025

Sayı: 352

Konu: REZEKTESKOP SETİ VE SİSTOSKOPİ SETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.04.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİSTOSKOPİ SETİ			1	Adet		
2	REZEKTOSKOP CERRAHİ ALET SETİ			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

# REZEKTESKOP SETİ TEKNİKŞARTNAMESİ

## 1 Adet 30° Teleskop

- 30°, ileri oblik görüşlü olmalıdır.
- Çapı 4 mm olmalıdır.
- Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- Teleskop uç kısmı altın lehimle kaplı olmalı, bu sayede daha uzun süre sıvı sterilizasyonda kalabilmelidir.
- Sterilizasyon amaçlı otoklavlanabilir, plastik teleskop taşıyıcısı ile birlikte verilmelidir.

## 1 Adet Rezektoskop Kılıfı

- Sürekli yıkama ve emme için kullanılabilirdir.
- Dış Kılıf çapı en fazla 26 Fr olmalıdır.
- İç kılıf çapı 24Fr. olup, seramikle yalıtılmış ve 360° rotasyon yapabilir olmalıdır, obtüratörü ile birlikte verilmelidir.
- 24 Fr iç kılıfında kendi başına rezektoskop olarak kullanılabilmesi için gerekli adaptör beraberinde verilmelidir.
- Teklif edilen çalışma elemanı ile birlikte kullanılabilirdir.
- Teleskop için tutucu kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- Rotasyon yapan iç kılıf dış kılıfa kilit mekanizması ile bağlantılı olmalıdır.

## 1 Adet Çalışma Elemanı (Aktif veya Pasif)

- Çalışma elemanı transüretal rezeksiyon için kullanılabilirdir ve plazma elektrotlar ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
- Hareket tek el ile kullanıma uygun olan yay aracılığı ile sağlanmalı ve ilerden geriye doğru kesim (aktif çalışma/pasif çalışma) için uygun olmalıdır.
- Normal pozisyonda elektrot kılıfın dışında olmalıdır.
- Çalışma prensibi plazmakinetik (bipolar) sisteme uygun olmalıdır.
- Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- Sıvı sterilizasyona uygun yapıda olmalıdır.
- Looplar çalışma elemanına düğme yardımıyla takılıp çıkarılmalıdır.

## 1 Adet Ellik Evaküatör

- Cam ve Puarlı olmalıdır
- Teklif edilen rezektoskop kılıfı ile uyumlu adaptörü beraberinde verilmelidir.
- Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op.Dr. Bilal ÇELİKORS  
Üroloji  
Dip. Tes. No: 163181

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 164658  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17.02.2025  
Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 164658  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**4. 1 Adet Teleskop Köprüsü :**

1. 16-25 Fr. Sistoskopi kılıfları ile birlikte kullanılabilir.
2. 2 enstrüman kanalı bulunmalıdır.
3. Enstrüman girişleri üzerindeki musluklar plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökölüp-takılabilir.

**5. 1 Adet Yabancı Cisim Forsepsi :**

1. Yabancı cisimleri çıkartmak için kullanılmalıdır.
2. Alligator çene yapılı olmalıdır.
3. Çift çene hareketli ve fleksible olmalıdır.
4. 5 Fr. ve 365 mm. uzunluğunda olmalıdır.
5. Otoklavlanabilir.

**6. 1 Adet Biyopsi Forsepsi :**

1. Sistoskop amaçlı kullanılabilir.
2. Kaşık çene yapılı olmalıdır.
3. Çift çene hareketli ve fleksible olmalıdır.
4. 7 Fr. ve 375 mm. olmalıdır.
5. Otoklavlanabilir.

**7. 1 Adet Sterilizasyon Sepeti (Processing Basket):**

1. Normal sterilizasyon ve makinede sterilizasyon yapmaya uygun olmalıdır.
2. Ayrıca taşımak ve cihazı muhafaza etmek amaçlı kullanılmak üzere teklif edilen sistoskopi setine uygun olmalıdır.
3. Tel örgülü ve kapaklı olmalıdır.
4. Ölçüleri 481 x 59 x 54 mm. olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op.Dr. Binal ÇELİKÖRS  
Üroloji  
Dip. Tes. No: 163181

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 164658  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

17.02.2025

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 164658  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## ERİŞKİN SİSTOSKOPI SETİ

### 1. 1 Adet HD Teleskop :

1. Teklif edilecek teleskop aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
2. 30 (otuz) derece görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
3. İleri oblik görüşlü olmalıdır.
4. Çapı 4 mm olmalıdır.
5. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Fiberoptik ışık transmisyonlu olmalıdır.
7. Renk kodu kırmızı olmalıdır.
8. Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
9. Panoview teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

### 2. 1 Adet HD Teleskop :

1. Teklif edilecek teleskop aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
2. 70 (yetmiş) derece görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
3. İleri oblik görüşlü olmalıdır.
4. Çapı 4 mm olmalıdır.
5. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Fiberoptik ışık transmisyonlu olmalıdır.
7. Renk kodu sarı olmalıdır.
8. Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
9. Panoview teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

### 3. 1 Adet Sistoskop-Üretroskop Kılıfı :

1. Teklif edilen sistoskop-üretroskop kılıf seti; kılıf ve obtüratörden oluşmalıdır
2. 17,5 Fr. olmalıdır.
3. İçerisinden 1x5 Fr. lik enstruman tek başına veya 2x4 Fr. lik enstruman aynı anda kullanılabilmelidir.
4. Renk kodu yeşil olmalıdır.
5. Diğer parçalara bağlantının kolay ve pratik olması için snap-on otomatik kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
6. Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökülüp-takılabilmelidir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op.Dr. **BİLAL ÇELİKORS**  
Üroloji  
Dip. Tes. No: 163181

Uzm. Dr. **ÇAĞN COŞKUN**  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 164658  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17.02.2025  
Uzm. Dr. **ÇAĞN COŞKUN**  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 164658  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi