

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.04.2025

Sayı: 359

Konu: ISI NEM ÖLÇER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.04.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI / TERMOHİGROMETRE			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

atılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Dijital sıcaklık ve nem ölçer teknik şartnamesi

- Bulunduğu ortamda sıcaklık ve nem ölçebilen, harici kablolu ve su geçirmez probu ile farklı ortamların (dış ortam, buzdolabı, akvaryum vb.) sıcaklığını ölçebilen dijital bir termo-higrometre olmalıdır.
- 30.5024 en yüksek ve en düşük değerleri hafızasına alabilir ve tek tuşla bunları sıfırlayabilir olmalıdır.
- 2 metre kablo uzunluğu olmalıdır.
- Buzdolabı için uygun ısı nem ölçer olmalıdır.
- Masaüstü veya duvara asılabilir olmalıdır.
- Mıknatıslı olmalıdır.
- Max. min. Fonksiyonu olmalıdır.
- Sıcaklık ölçüm aralığı: İç ortam: $-10^{\circ}\text{C}...+50^{\circ}\text{C}$
- Dış ortam: $-40...+70^{\circ}\text{C}$
- Sıcaklık ölçüm hassasiyeti: $0...+40^{\circ}\text{C}$ arası $\pm 1^{\circ}\text{C}$, geri kalanda $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- Sıcaklık hassasiyeti : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
- Nem ölçüm aralığı 10 - 99% olmalıdır.
- Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.
- Nem hassasiyeti : $\pm \% 3$ olmalıdır.
- Saat göstergesi olmalıdır.
- İstenilen değeri aştığında alarm devreye girmelidir.
- Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmalıdır.
- 1 adet 1,5V (AAA) ince kalem pil ile çalışabilmelidir.
- Duvara asılabilmeli veya ayakları ile masa üstü kullanılabilmelidir.
- Rakamlar en az 1,5 cm boyunda rahat okunabilir olmalıdır.
- Cihazlar teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

1

Fatih DURAN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri