

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 357

11.04.2025

Konu: TİMPANOMETRE CİHAZI KALİBRASYONU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.04.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TİMPANOMETRE CİHAZI KALİBRASYONU			1	BAKI M		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TİMPANOMETRE KALİBRASYON VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kalibrasyon edilecek timpanometre fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal  
Edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma  
Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Kalibrasyon edilecek olan timpanometre 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- Teklif veren firmalar cihaz kalibrasyonu için Referans cihaz tanımı, referans değerler, ölçüm değerleri, ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları olacaktır
- Verilecek olan sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri no olacaktır.
- Kalibrasyonun yapıldığı laboratuvara ait bilgiler, kalibrasyonun yapıldığı yer, kalibrasyonun yapıldığı tarih, müteakip kalibrasyon tarihi, Sertifika tarihi, Sertifika no olacaktır.
- Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler, Cihazın tanımı, İmalatçısı, Modeli ve seri no, Cihazın ait olduğu birimi belge halinde düzenlenecektir.
- Timpanometre için teklif veren firma , yetkili firmanın belgesine sahip olmalıdır.
- Kullanılan Referans Standartlar, Kalibrat, Kalibratörlerin modeli, Kalibratörlerin seri numaraları, Kalibratörlerin sertifika geçerlilik süreleri düzenlenecektir.
- Kalibrasyon Metodu, Akredite eden kuruluşa ait bilgiler, Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası, Onay makamı, mühür ve imza olacaktır.
- Kalibrasyon için teklif veren firma, kalibrasyon hatası veren cihazın tamamıyla bu hatayı sisteminden bir sonraki tarihe kadar silecektir.

Eyüp KARTAL  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

Elif Esma ÜÇÜZ İYİGÜN  
Biyomedikal Teknikeri

Firat DÜZLÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu