



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-273540338
Konu : Teklife Davet

15.04.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM SARF MALZEME (HASTA BİLEKLİĞİ YETİŞKİN)ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18/04/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTA BİLEKLİĞİ YETİŞKİN (BEYAZ)	ADET	400		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DE015FEE-7A00-46CC-B542-985C27B1EAD5

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HASTA KOL BANDI YETİŞKİN (BEYAZ)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su ,vücut ısısı , kan amonyak ,çamaşır suyu gibi

malzemelerden etkilenmemelidir.

2. Hasta bileğinin barkod yapışacak bölümü 3,5 cm en, 7,5 cm boyuna olmalıdır.

3. Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılmayacak özellikte olmalıdır.

4. Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası

olmalıdır.

5. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

6. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı. İçinde, hastanemizdeki barkot büyüklüğünde

uyumlu karton olmalıdır.

7. Hasta kol bandı yumuşak PVC'den yapılmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde

kenarları tahriş edici olmayacaktır. Anti alerjik olmalıdır.

8. Hasta kol bantları tek kullanımlık olmalı çit çitları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.

9. Hasta kol bandının uzunluğu 24,3cm yazı yazılacak kısım 2,5cm (+/-10mm olabilir).

10. Etiketler 6,5X2,2cm ebadında olmalıdır (+/-3mm olabilir).

11. Hasta kol bantları beyaz renklerde imal edilmelidir.

12. Numune değerlendirilerek karar verilecektir.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Hastanesi
Mefrakat Üyesi
Tasvir Kayıtlı

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Taha Yaşar Erdoğ