

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-63
KONU :4 Kalem Sarf Alımı Hk.

17.04.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 21.04.2025 tarih saat 10:00'a kadar ,tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari Ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Rezervuarlı Oksijen Maskesi	150	Adet		
2	Nazal Yetişkin Oksijen Kanülü	200	Adet		
3	Ortopedik Alçı 10x10	200	Adet		
4	Ortopedik Alçı 15x200	200	Adet		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 21.03.2025 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Kaşe İmza

Rezervuarlı Oksijen maskesi Yetişkin Teknik Şartnamesi

- 1-Maske yüksek konsantrasyonlarda oksijen vermeye uygun olmalıdır.
- 2-Set içinde yüze tam uyum sağlayacak yumuşak vinil (poly-vinly-chloride) maske , enaz 1 litre rezervuar ve 2 metre oksijen hortumu olmalıdır.
- 3.Rezervuarla maske arasındaki konektörde oksijen tüpünün takılabileceği adaptör olmalıdır .
- 4.Maske üzerinde dışarıdan inhalasyonu önleyecek ve ekshalasyonu sağlayacak iki adet Nonrepreathing valf olmalıdır.
5. Maskenin yüzde rahat durmasını sağlayacak ince burun mandalı olmalıdır.
- 6.Maske üzerindeki baş lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.

Nazal oksijen kanülü Yetikin Teknik Şartnamesi

- 1-Kanül hortumu nontoksik tıbbi pvc' den yapılmış ve yumuşak olmalı, fakat kingyapmamalıdır,
- 2- Burun girişleri yumuşak ve ergonomik olmalıdır.
- 3-Mukoza kurumasını ve tahrişi engelleyici nitelikte olmalıdır,
- 4-Bağlantı konektörü, oksijen flowmetresi ile uyumlu ve flowmetreye rahatçaulaşabilecek uzunlukta olmalıdır. (205 cm' den uzun)
- 5-Hastanın başına göre yukardan ayarlanabilmeli, kendiliğinden açılmamalı,gevşememelidir,
- 6- Tekli temiz paket içinde olmalıdır.,

ORTOPEDİK ALÇI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Beyazlatılmış pamuk ipliğinden keten tipi dokunmuş bez üzerine Alçı sürülmüş bandaj şeklinde olacaktır. Kenarları kırık çizgi şeklinde, dış etkilere karşı dayanma açısından güçlü şekilde kesilmiş olacaktır.
2. Her sargı güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel ambalaj lara sarılı olacaktır,
3. Ambalaj üzerinde; imal tarihi, markası, raf ömrü yazılı olmalıdır.
4. Ürün raf ömrü teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yılından kısa olmamalıdır. 4. Bandajlar 2 - 8 saniye aralığında su içinde kaldıktan sonra oda sıcaklığında 2 dakika içinde şekil verilebilecek kalitede olmalı 4 - 7 dakika içinde sertleşmelidir.
5. Ürtin tesliminden önce numune getirmelidir. 6. Ürünün TITUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası), TSE VE CE kayıt belgeleri olmalıdır.

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER