

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/350
KONU : Teklife Davet

22/04/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **RVG SENSÖR KILIFI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24/04/2025** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	RADYO VİZYO GRAFİ SİSTEMİ(RVG) SENSÖR KILIFI	3000	ADET		

Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

RVG KILIFI TEKNİK ŞARTNAME

- 1-ORİJİNAL KAPALI TORBALARDA EN AZ 100 ADET OLMALIDIR
- 2- DÜZ ŞEFFAF VE STANDART KALINLIKTA OLMALIDIR
- 3- TOKSİK VE SERT OLMAYAN PVC'DEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR
- 4- AĞIZ MUKOZALARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE OLMALIDIR
- 5- ŞEFFAF VE TEMİZ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY