

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

25.04.2025

Sayı:

Konu: 6 KALEM MAL MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.04.2025 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIG
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAK 500 ML.			12	Adet		
2	BOKS ÖNLÜĞÜ, TAKVİYESİZ, L			1000	Adet		
3	STERİLİZASYON RULOSU 7,5 CM İNDİKATÖRLÜ			60	Adet		
4	İŞIKLA SERTLEŞEN REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT			60	Adet		
5	DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK			750	Kutu		
6	EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATİ			150	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

• Kısmi Tekliflere açıktır.

LAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kullanımı hazır olmalıdır,sulandırılmadan kullanabilmelidir.
- Hızlı kurumalı,alçı model yüzeyinde ince film tabakası oluşturmali döküm ve tamir için uygun olmalıdır.
- Alçı ve sudan etkilenmeden ayırma işlemini tam yapmalıdır.
- Akışkan olmalıdır.
- Model yüzeyinde tortu bırakmamalıdır.
- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- Ürün ambalajında üzerinde üretim yeri,üretici firma adı ve logosu,katalog numarası silinmeyecek şekilde yazmalıdır.
- 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
- Aljiinat bazlı bir ayırma solüsyonu olmalı ve kutusunun üzerinde belirtilmelidir.
- Numunesi görülecektir.

Rehan Naro02

ym

M. Salih Karabacak

Sevde PISKIN

Sufy

BOKS ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temel İşlevi	1. Hastaya uygulanacak girişimsel işlemlerde, (ameliyat) cerrahi alan ve oluşabilecek bakteri kaynakları arasında engel oluşturmak amacı ile kullanılmak için üretilmiş steril kıyafet olmalı, Yapısı sayesinde virüs, bakteri ve sıvılara karşı geçirgen olmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün kullanım yeri ve amacına göre takviyeli ve takviyesiz çeşitlerinden biri olmalıdır. 3. Ürünün farklı ebatları olmalıdır. 4. Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere boks gömleklerinde 45 gr/m2 (+/-2) / takviyeli gömlekte ise 65 gr/m2 (+/-5) ağırlığında medikal sms non- wovenden imal edilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Önlükler sterilizasyonu bozmadan giyilebilecek şekilde olmalıdır. 6. Önlüklerde non steril kişinin bağlamasını sağlayan ve tutma yerini gösteren kart sistemi olmalıdır. 7. Önlükler giyenin arkası steril kapanacak şekilde iki iç ve iki dış kuşağa sahip olmalıdır 8. Önlüklerin kol manşetleri 8-10 cm boyutlarında olmalıdır. 9. Önlüklerin kol manşetleri giyenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde dikişsiz olmalı ve boyun kısmı sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak kuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır. 10. Takviyeli önlük tiplerinde; operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve gövde (bütün bölgesi ve göğüs) kısımlarında kesin sıvı geçirimsizlik sağlayacak şekilde bir takviye ile üretilmiş olmalıdır. 11. Paketler de steril olarak 1 adet gömlek ve 1 adet kurulama havlusu (40*40cm) olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünün EN-13795 şartlarında üretildiği belgelenmelidir. 13. Steril açılmaya uygun wrap veya sms kumaşla kaplı ikinci bir paket içerisinde olmalıdır 14. Teslimat sırasında ne zaman ve nasıl steril edildiğine dair sterilizasyon ve validasyon raporlarını imzalı olarak teslim edilmelidir. 15. Paketlerin üzerinde ne ile steril edildiği ve son kullanma tarihi açık şekilde belirtilmelidir.

Diş Hekimi
Fırat ZENİR
Dip. Tes. No. 61695
Ağrı Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No. 53189
Ağrı Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Dr. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No. 64617
Ağrı Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi

STERİLİZASYON RULOSU ŞARTNAMESİ

- 1- Rulolar etilenoksit ve buhar indikatörlü olmalı renk değişimi net olmalıdır.
- 2- 60 gr/m² medikal kraft kağıt diğer tarafı kopolimer filminden üretilmiş olmalıdır.
- 3- Beş kattan oluşan filmi (min.50 mikron) diğer iki katmanlı filmlerden daha dayanıklı ve esnek olmalıdır, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.
- 4- Filmin dış polyester (PET) katman yüksek ısı dayanımı sağlarken alttaki polipropilen (PP) esaslı katman yüksek sağlamlık, esneklik ve kolay açılabilme özelliklerinin yanında yüksek yalıtım ve yırtılma direnci sağlamalıdır.
- 5- Paketlenmiş ürünler şeffaf filminden rahatlıkla görülebilmelidir.
- 6- ISO 11140-1 göre uygulanmış işlemci indikatörleri bulunmaktadır.
- 7- İndikatörlerin renk değişimleri net olmalıdır.
- 8- Vakum sistemli otoklavda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalıdır. Bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalıdır. Steril edilen paketin açılması esnasında oluşan tozlanmadan ötürü doğan kontaminasyonu minimuma indirmelidir.
- 9- Gaz ve buhar indikatörleri, kağıt ile film arasında kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.
- 10- Rulolarda açılma yönü bulunmalıdır.
- 11- Ürün ISO 9001:2000 ve CE belgeli olmalıdır.
- 12- Ruloların eni 7,5 cm boyu 200mt uzunluğunda olmalıdır.


İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi


Vahit DAO
Sterilizasyon
Personeli


İbrahim YILDIRIM

İŞIKLA SERTLEŞEN REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT

1. Rezinmodifiye kalsiyum silikat ve/ veya biyouyumlu bir üretan dimetakrilat matriksinde kalsiyum hidroksit olmalıdır.
2. Biyouyumlu olmalıdır.
3. Işıkla 20 sn de polimerize olmalıdır.
4. Hem pulpa koruması hem de kaide olarak kullanıma uygun olmalıdır.
5. Hem direkt hem indirektrestorasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.
6. Kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz mayeryaller altında kulanıma uygun olmalıdır.
7. Dentine en az 4 MPa dirençle bağlanabilmelidir.
8. Suda kenislikle çözünmemelidir.
9. Zamanla çözünmemelidir.
10. Radyoopak olmalıdır.
11. Kullanım amacına uygun olmalıdır.
12. Kalsiyum realize etmelidir.
13. En az 1 gr şırınga formunda olmalı ve oijinal ambalajında 4 şırınga olmalıdır.
14. Orijianal ambalajında 20 adet uygulama ucu içermelidir.
15. Uyguşalama için resimli teknik kartı olmalıdır.
16. Yukarıdaki özellikleri oijianal broşüründe yer almalıdır.


Dr. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No: 54617
Ağrı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi


Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No: 58989
Ağrı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi


Dr. Mehmet Süddik AKAGÜNDÜZ
Ağrı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi
Dip. Tes. No: 56048

DÖNER KANAL EĞESİ

- 1) Eğeler Nikel-Titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- 2) Kanal eğelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 3) Eğelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır..
- 4) Renk halkası olan kanal eğelerinin 21- 25 -31 mm boyları bulunmalıdır.
- 5) Sistem Pedodonti için tasarlanmış 16 mm uzunluğunda eğelere sahip olmalıdır.
- 6) 15/40 numara eğelerin hem 04 açılı hem 06 açılı gold ve blue seçenekleri olmalıdır.
- 7) İstenildiğinde 04 ve 06 açılı eğelerin istenilen numaralarda sortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 8) Set içerisinde toplam 6 ege olmalıdır.
- 9) Her 100 adet ege için aynı marka 3 paket Pedodontik boy ege verilmelidir.
- 10) Ayrıca, (019/08), (016/02), (020/04), (025/04), (030/04), (035/04) kit seçeneği olmalıdır.
- 11) Piyasada ürünle aynı marka gutta percha, aynı marka paper point ve aynı marka endomotor olmalıdır.
- 12) Eğelerin shaft kısmında açılı ve numarası lazer ile silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 13) Ürün kutusunun üzerinde endometre olmalıdır.
- 14) Ürün kutusu otoklava girebilmeli ve kutunun üzerinde ürünün kaç defa otoklava girdiğini takip etmeye yarayan koparılabılır çentikler olmalıdır.
- 15) Uts barkod numarası olmalıdır.

Diş Hekimi
Fikret DEMİR
Dip. Tes. No: 01695
Ağrı Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No: 02999
Ağrı Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Dr. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No: 54017
Ağrı Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi

KANAL DOLGU PATI KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN PAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kalsiyum hidroksit bazlı ojenöl içermeyen radyoopak kanal dolgu patı olmalıdır.
- Formülasyonu sayesinde hızlı bir tedavi ve sert doku oluşumu gözlenmelidir.
- Kanal içinde donarken %32 oranında hacimsel olarak genişmeli, bu nedenle kanal duvarlarına sıkıca yapışmalı ve kanalda boşluk kalmamalıdır.
- Apekte ve perforasyon olan bölgelerde sert doku oluşumunu teşvik etmelidir.
- 12 gr baz tüp+ 18 gr katalizör tüp şeklinde olmalıdır.

Diş Hekimi
Fırat DEMİR
Dip. Tes. No: 61695
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No: 58999
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Dr. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No: 54617
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi