

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2025

Sayı: 400
Konu: PARMAK TİPİ SPO2 CİHAZI ÖLÇÜM PROBU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPO2 CİHAZI ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN			48	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PARMAK TİPİ SPO2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda yüksek kalite OLED ekran bulunmalıdır.
- En iyi kalitede olmalıdır.
- Hafif, kompakt ve taşınabilir yapısıyla, hastane, acil servis, ambulans ve evde bakım gibi ünitelerde tüm yetişkin ve çocuk hasta gruplarında kullanıma uygun olmalıdır.
- SpO2 ve Solunum Hızı parametrelerini ölçmekte, ekran takibi kolay yapabilmek için dönmekte, iki adet AA pille çalışma yapabilmelidir.
- Parmak tipi, pilli, darbelere dayanıklı yapı olmalıdır.
- Yüksek hassasiyetli ölçüm doğruluğu
- %SpO2 oranı, Nabız, Dalga formu, Dolaşım indeksi ölçebilme
- Renkli OLED ekranlı
- 28 gram ağırlığında olmalıdır.
- 6 farklı izleme ekran konfigürasyonu olmalıdır.
- Otomatik kapanma olmalıdır.
- Pil seviyesi izleyebilme olmalıdır.
- CE belgeli, Garantili, Sağlık Bakanlığı Onaylı
- Batarya takip indikatörü bulunmalıdır.
- Parmak nabız oksimetresi, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) 5 saniyede doğru bir şekilde belirlemek için en son oksijen sensörü teknolojisini kullanmalıdır.
- Ölçüm aralığı ± 2 doğrulukla %70 – %99' olmalıdır.
- Parmak nabız oksimetresi her parmağa sığabilmeli ve tek tuşla çalışabilmelidir.
- Düşük veya yüksek oksijen seviyesini ve hızlı veya yavaş kalp atış hızını belirtmek için bir alarm bip sesi çıkarabilmelidir.
- Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Betül SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

ERFEL DURAN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri