

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2025

Sayı: 333

Konu: DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, NON İNVAZİV / INFRARED HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI			45	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Dijital Ateş Ölçer Teknik Şartnamesi

- Alından Ateş Ölçer, patentli teknolojisi sayesinde anında ölçüm veren bir cihaz olmalıdır.
- Geleneksel alından ölçümün yanı sıra temassız ölçüm işlemi de sağlamalıdır.
- Klinik olarak onaylanan ölçümleri doğru olan ölçümü anlık olarak verebilmelidir.
- Yüksek ateş durumunda renkli olarak ikaz verebilmelidir.
- Arka ekran ışığı sayesinde geceleri rahatsız olmadan karanlıkta ölçüm imkanı sunabilmelidir.
- Sessiz yapısı ile rahatsız olmadan ateşi ölçülebilmelidir.
- Pozisyonlama özelliği ile en doğru noktadan ölçüm yapmanızı sağlayabilmelidir.
- Üzerinde yer alan yakınlık sensörü sayesinde hassas ölçüm yapabilmelidir.
- Renk kodlamalı olmalı ve Yeşil: Normal Sarı: Ateşli Kırmızı: Yüksek Ateşli olmalıdır.
- İstenildiği takdirde 1 adet numune gönderilebilecektir.
- Doğru ölçüm için yakınlık sensörü olmalıdır.
- Kolay okunabilen LCD ve geniş ekrana sahip olmalıdır.
- 2 saniyede ölçüm imkanı sunabilmelidir.
- Klinik olarak doğrulanmış belgeye sahip olmalıdır.
- Temassız veya alından ateş ölçme modu olmalıdır.
- Renk kodlu ekran olmalıdır.
- Yenidoğan ,çocuk ve yetişkinde kullanılabilenmelidir.

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühürsü

Fırat DİRİLİR
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri