

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2025

Sayı: 394

Konu: EL TİPİ PEDİATRİK PULSE OKSİMETRE CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI EL TİPİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EL TİPİ PULSE OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz Yetişkin/Pediyatrik ve Neonatal hastalarda kullanılabilirmeli ve hasta tipi seçilebilmelidir.
- 2- Cihaz ekranında Spo2-PR-Perfüzyon indeksi (PI)- Pil seviyesi-Zaman ve hasta tipi aynı anda izlenebilmelidir.
- 3- Cihaz da perfüzyon indeksi hem Bar hem dalga hem de numarik olarak izlenebilmelidir.
- 4- Cihazın menüsüne girmeden üzerindeki tuşlar vasıtasıyla kısa yolda ses seviyesi ayarı ve alarm durdurma yapılabilirmelidir.
- 5- Cihaz da demo modu bulunmalıdır.
- 6- Cihaz da hasta tipine göre yaş ve cinsiyet girilebilmelidir.
- 7- Cihaz da Spo2 ve PR'nin alt ve üst limitleri bulunmalı ve hastaya göre değiştirilebilmelidir.

SPO2 Yüksek Alarm Limiti 100

SPO2 Düşük Alarm limiti 88

PR Yüksek: 300 / Düşük 25

Aralığında ayar yapılabilirmelidir.

- 8- Cihaz herhangi bir ara kabloya gerek duyulmadan direkt prob ile çalışabilirmeli ve Nellcor problemler ile uyumlu olmalıdır.
- 9- Cihaz da en az 10 hastaya kadar veri kaydı yapılabilirmeli ve her hasta için en az 600 adet kayıt yapabilirmelidir.
- 10 Cihaz da grafik ve tablo olarak geriye dönük hasta verileri izlenebilmelidir.
- 11 Cihaz da herhangi bir olumsuzluk durumunda kullanıcıyı 3 farklı şekilde alarm ışığı, alarm sesi ve alarm mesajı olarak uyaramelidir.
- 12 Cihaz lityum iyon pil ile çalışmalı ve AC adaptör ile şarj edilebilmelidir.
- 13 Cihazın ağırlığı piller dahil en fazla 500Gr civarı olmalı ve elde kolayca taşınabilirmelidir.
- 14 Cihaz en az 2.4 inc lik renkli bir LCD ekrana sahip olmalıdır.
- 15 Cihaz boyutları 56*124*30 mm'den büyük olmamalıdır.
- 16 Cihazın çalışma süresi 24 saat olmalıdır.
- 17 Cihaz da SPO2 ölçümü en az % 0 - 100 aralığında olmalıdır.
- 18 Cihazda PR ölçümü en az 25-254 BPM aralığı olmalıdır.
- 19 Cihazda PI ölçümü 0.1 – 5.0 aralığında olmalıdır.
- 20 Cihazın etrafında koruyucu bir kılıf olmalı ve düşürülmelere ve darbelere karşı yüksek koruma sağlamalıdır.
- 21 Cihazın kullanıcı hataları dışında en az 2 yıl garanti ye sahip olmalıdır ve satıcı tarafından beyan edilmelidir.
- 22 Cihaz Sağlık Bakanlığınca verilen UTS kaydı bulunmalıdır.
- 23 Cihaz ile verilecek ürünler;
 - 2 adet çocuk SPO2 Probu
 - 1 adet lityum pil ve şarj cihazı
 - 1 adet koruyucu kılıf
 - 1 adet Türkçe kullanım kılavuzu

EHI Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendis

Hande Kone