

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-67
KONU : Mal Alımı Hk.

29.04.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 02.05.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Diş Ünitesi Su Spreyi	Adet	5		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

DİŞ ÜNİTESİ SU SPREYİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu şartname, diş ünitelerinde kullanılmak üzere su spreyi sistemine ait teknik özellikleri, kalite standartlarını, garanti ve teslimat koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu teknik şartname, diş ünitesinde kullanılacak olan su spreyi (water spray) modülünün temini, kurulumu ve çalışır durumda teslim edilmesi ile ilgili minimum teknik kriterleri kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER:

- Ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Diş ünitesiyle tam uyumlu olmalıdır.
- Uluslararası standartlara uygun, CE belgeli olmalıdır.
- Su spreyi, hava ve suyu karıştırarak etkili soğutma sağlayabilmelidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

Özellik | Açıklama

-----|-----

Uyum | Diş ünitesinin mikromotor, el aleti vb. ile uyumlu

Su Kaynağı Bağlantısı | En az 2 bar, en fazla 5 bar basınçla çalışabilmelidir

Sprey Tipi | Hava-su karışımli sprej üretimi

Ayarlanabilirlik | Su ve hava akışı ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır

Malzeme | Tıbbi kullanıma uygun, paslanmaz ve sterilize edilebilir

Bağlantı Parçaları | Üniversal bağlantı uçları ile uyumlu olmalıdır

Hijyen | Bakteri oluşumunu önleyici iç kaplama tercih edilir

4. GARANTİ VE YEDEK PARÇA:

- Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- Garanti süresince üretim veya montaj hatası kaynaklı arızalar ücretsiz giderilmelidir.
- Üretici veya satıcı firma, yedek parça teminini en az 5 yıl süreyle garanti etmelidir.

5. TESLİMAT V MONTAJ:

TEKNİK ŞARTNAME

- Ürün, siparişi takiben 10 iş günü içinde eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilmelidir

6. BELGELER:

- CE Uygunluk Belgesi
- Kullanım Kılavuzu (Türkçe)
- Teknik Servis ve Garanti Belgesi

7. DİĞER HUSUSLAR:

- Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
- İhale makamı, gerek gördüğünde teknik şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Faruk Gökçek
T. K. Y
Jant