

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.04.2025

Sayı: 404

Konu: YENİDOĞAN YB BİRİMİ İÇİN AEEG İĞNESİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AEEG İĞNE TEK KULLANIMLIK (12MM*29G)			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AMPLITUD EEG (aEEG) Tek Kullanımlık İğne Teknik Şartnamesi

1. Diagnostik EEG de bioelektriksel sinyallerin subkütan kaydı için kullanılabilmelidir.
2. NATUS marka CFM model aEEG cihazın orijinal parçası olmalıdır. olmalıdır.
3. Kliniğimizde kullanılan aEEG serebral fonksiyon monitörüne %100 orijinal uyumlu olmalıdır.
4. İğnenin boyutu 12mm x 29 G ölçüsünde olmalıdır.
5. Kablo boyu 1 metre olmalıdır.
6. İşlem sırasında en fazla 4 adet iğne elektrot kullanıldığından 1 pakette en fazla 4 elektrot olmalıdır.
7. Toprak elektrot için ayrıca yanında 4 adet iğneye 1 adet hidro jelli toprak elektrodu verilmelidir.
8. Sağ ve sol frontal yerleşiminin kolay olması için 2 farklı renk seçeneğine sahip olmalıdır.
9. High-Impedance özelliği olmalıdır.
10. Klinik uygunluk kullanıcı tarafından verilecektir.


Fikri DURGUT
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu


Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri