

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

29.04.2025

Sayı: 111

Konu: HOT PACK VE COLD PACK PEDİ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.05.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HOT PACK PEDİ			40	Adet		
2	COLD PACK PEDİ			12	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

COLD PACK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedler, fizik tedavi kliniklerinde soğuk uygulama amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Pedlerin içinde soğuğu veya sıcaklığı uzun süre koruyabilecek sağlığa zararlı olmayan jel bulunmalıdır.
3. Pedler, derindondurucu içerisinde tutulduğunda soğuk uygulama amacıyla, ihtiyaç halinde, sıcak su içine atılarak ya da mikrodalga fırın içine konularak sıcak uygulama amacıyla kullanılabilmelidir.
4. Pedlerin dış yüzeyi, çabuk deforme olmayan sağlam vinil malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
5. Pedler, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalı, CE belgesi bulunmalıdır.
6. Pedlerin 20 cm X 30 cm ölçülerinde olmalıdır.

Fzt. Kemal DİKMEN



Fzt. Mahmut ÖLGEN



Fzt. Ahmet TANRIVERDİ



HOT PACK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.12.2024

1. KISIM

- Pedler, fizik tedavi kliniklerinde sıcak uygulama amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
- Pedlerin içinde sıcak uzun süre koruyabilecek sağlığa zararlı olmayan madde bulunmalıdır. Pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapan malzemeler olmamalıdır.
- Pedler, küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.
- Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağılmış olmalıdır.
- Pedlerin en az iki kenarında pedlerin hot pack cihazının içindeki askıya asmak için kumaştan dikilmiş kulplar olmalıdır.
- Pedlerin iç materyali dışarıya sızması için uygun şekilde dikilmiş olmalıdır.

2.KISIM

- Pedler +/- 3cm 30x50cm ölçülerde olmalıdır. (12 dilimli) : 20 adet
- Pedler +/-3cm 30x40cm ölçülerinde olmalıdır.(10 dilimli) : 20 adet

Koray Dikmen

Doğan Şişir
Fizyoterapist

Ahmet Tannıverdi
Fizyoterapist