

MOBİL(ÇANTA) ÜNİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ünit mobil olmalıdır.
- 2- Hava / su şıngası , Tükürük emici , başlık ve mikromotor için 6 ayrı çıkış olmalıdır
- 3- Hava/su şıngası cihazın üzerinde olmalıdır.
- 4- Temiz su için şişesi olmalıdır
- 5- Başlık ve mikromotoru çalıştırmak için ayak pedalı olmalı.
- 6- Ayak pedalının hangi cihazı çalıştıracağını seçen anahtar olmalı
- 7- Başlık ve mikromotorun hava basıncını ayarlamak için düğmeleri olmalı
- 8- Hava basıncını gösteren gösterge olmalı
- 9- Cihazın içine monte yağsız kompresörü olmalı
- 10- Sulu ve susuz çalışmayı seçebilmek için düğme olmalı
- 11- Pis su için takılıp çıkarılabilen şişesi olmalıdır
- 12- Çanta hafif dayanıklı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 13- Çanta kolay taşınması için tekerlekli ve elle tutulup çekme yeri olmalıdır
- 14- Cihazın Üzerine Piezo sistem kavitron cihazı monte edilmiş olmalıdır.
- 15- Cihazın üzerine LED ışıklı dolgu cihazı monte edilmiş olmalıdır.
- 16- Cihazda vakum jeneratörü olmalıdır.
- 17- 6 litrelik hava tankı olmalıdır.
- 18- 1 litrelik su tankı olmalıdır.
- 19- Net ağırlık 26 kg olmalıdır.
- 20- Gücü 550 watt olmalıdır.
- 21- Gürültü seviyesi 40 db olmalıdır.
- 22- 220 V / 50 Hz de çalışmalıdır.
- 23- Cihazın tekerlek çapı 10 cm olmalıdır.
- 24- ÜTS kayıtlı olmalıdır.

Şurak Mustafaopk

Tıbbi Sekreter



Dt. Fırat KOC
Dip. Tes. No: 75301
Patnos Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi

Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
Dt. Hasan AKGÖZ
Dip. Tes. No: 60238

