



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-275055151
Konu : Teklife Davet

30.04.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET TRAŞLAMA (SHAVER) CİHAZLARI, TRAŞ VE TUR ÖZELLİKLİ SHAVER CİHAZI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **08.05.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TRAŞ VE TUR ÖZELLİKLİ SHAVER CİHAZI, TRAŞLAMA (SHAVER) CİHAZLARI	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

UYGUNDUR

Uzm. Dr. DEMET ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 20F731AB-2205-4595-933E-3F5C1F37C5FE

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN

Sağlık Teknikeri

Telefon No:



ARTROSKOPİK SHAVER SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONTROL ÜNİTESİ (KONSOL) (1 ADET) :

1. Konsol, tek parça bir ünite olarak; mikro ve makro shaver sistemi, mikro ve büyük kemik cerrahisi motor sistemlerini çalıştırabilmelidir.
2. Mikro ve makro motor sistemleri için iki ayrı renkli dokunmatik LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. En az 2 adet motor handpiece girişine sahip olmalıdır. Ayrıca 1 adet ayak pedalı girişi olmalıdır.
4. Kablosuz ayak pedalı ile direk bağlantı kurma özelliğine sahip olmalıdır. Kablosuz ayak pedalı için ayrı bir adaptör ihtiyacı olmamalıdır. Bu özelliği sayesinde aynı anda 2 adet ayak pedalı kontrol etme seçeneği olmalıdır.
5. Konsol üzerine takılan motor elceklerinin hızını artırıp azaltma, çalışma modu ayarları kontrol ünitesi üzerinde bulunan 2 adet renkli LCD dokunmatik ekran üzerinden yapılabilmelidir.
6. Ekran, çalışma modu, kullanım esnasındaki hız düzeyini göstermelidir. Ayrıca ekran menüsünden ayrıca takılan handpiece' e özel çalışma ayarları da ayarlanabilmelidir.
7. LCD ekran menüsü için 5 farklı dilde dil seçeneği mevcut olmalıdır.
8. Konsol, elceğin çalışma hızının, pozisyona ve dirence göre değişmeden sabit kalmasını sağlayan bir sisteme sahip olmalıdır.
9. Kullanıcıya bağlı olarak uyarı sinyali şeklinde veya konuşma şeklinde çalışma modları bildirimi yapabilmelidir.
10. Mikro işlemci kontrollü olmalıdır.
11. Upgrade edilebilir özellikte olmalıdır.
12. Sistem, 220 V – 50 Hz şehir cırcıyını ile çalışabilmelidir.

B. ORTOPEDİ SHAVER MOTOR ELCEĞİ (1 ADET):

1. Elcek üzerinden ileri-geri ve osilasyon modları seçilebilmeli ve hız ayarlanabilmelidir. Elcek bu özelliği ile konsolu uzaktan kumanda edebilme fonksiyonuna sahip olmalıdır.
2. Suction ayarı elcek üzerinden yapılabilmelidir.
3. Uç kilitleme sistemi kolay takıp çıkartma açısından "quick-connect" sistemi olmalıdır.
4. Dar alanlara ulaşma ve uygulama kolaylığı sağlayan eğilebilir ve kendinden eğik uçlar ve max. 30° eğilebilir shaver uçları; shaver motor handpiece' leri için kullanılabilir olmalıdır.
5. Shaver motor elceğine takılan shaver bıçaklarının her kullanım sırasında aynı pozisyonda kalmasını sağlayan(tam açıktan – tam kapalıya) bir hafıza sistemine sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen shaver motor elceği ile 2.0mm ile 6.0mm arası shaver bıçakları kullanılabilir; elcek bu özelliği ile hem küçük eklem(ayak bileği, el bileği) hem de büyük eklem(diz, omuz ve kalça eklemi) artroskopisinde kullanılabilir.
7. Tüm shaver uçları seçimi kolaylaştırmak için renk koduna sahip olmalıdır.
8. Maksimum çalışma hızı ileri ve geri çalışma modunda en az modunda 12.000 rpm; İleri-Geri(oscillate) çalışma modunda ise en az 4.000 rpm olmalıdır.
9. Otoklavda steril edilebilmelidir.
10. 4 Adet Disposable Shaver Ucu ve 2 Adet Disposable Burr Ucu verilmelidir.
11. El ergonomisine uygun, küçük ve hafif olmalıdır.

Op.Dr. Sander G. ZEL
Ortopedi ve Travmatoloji
Doç.Dr. Yasar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Op.Dr. Sander G. ZEL
Ortopedi ve Travmatoloji
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Ameliyathane sorumlu hekimi
Volkan TURHAN

Ameliyathane sorumlu hekimi
Volkan TURHAN