



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-275054239
Konu : Teklife Davet

30.04.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET MİKROSKOPLAR, MASA ÜSTÜ BİYOMİKROSKOP (YARIK LAMBA) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **08.05.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN İdari Mali İşler Müdürü					
S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MİKROSKOPLAR, MASA ÜSTÜ BİYOMİKROSKOP (YARIK LAMBA) ALIM	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: DA400BBA-2A0F-46FD-8C7A-139857CDEB4A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



5X BÜYÜTMELİ BİYOMİKROSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyomikroskop Galileo Tipi, Büyütmesi Değişebilen, Konverjan Binoküler Tüplü Olmalıdır.
2. Biyomikroskop, Tek Joystick Vasıtasıyla İleri, Geri, Sağa, Sola, Yukarı, Aşağı Kumanda Edilmelidir.
3. Biyomikroskopun Opsiyonel Fotoğraf Sistemine Joystick Üzerindeki Düğme İle Kumanda Edilmelidir.
4. Biyomikroskop, Gövdeden Anahtar Vasıtasıyla Kumanda Edilen Beş Büyütme Yapmalı Ve Bunlar 6x 10x, 16x, 25x Ve 40x veya 6.3x 10x, 16x, 25x Ve 40x Gücünde Olmalıdır.
5. Biyomikroskopun Oküler Püpil Aralığı 55-78 Mm Arasında Ayarlanmalı Ve -5/+5 Diyoptri Ayarı Olmalıdır.
6. Biyomikroskopun Slit Genişliği Kademeli Olarak 1-14 Mm Arasında, Olmalıdır.
7. Biyomikroskopun Slit Uzunluğu 0-14 Mm Arasında, Olmalıdır.
8. Biyomikroskopun Slit Açısı 0-180 Derece Arası Olmalı Ve Yatay Tarama Yapmalıdır.
9. Biyomikroskopun Slit Eğimi Kademeli Olarak 5-10-15-20 Derecelerde Olmalıdır.
10. Biyomikroskopta Kobalt Mavi, Red-Free, Nd %13 veya Kobalt Mavi, Red-Free, Grey %10 Filtreler Olmalıdır.
11. Biyomikroskop Halojen Aydınlatma Sistemli Olmalı, 12v-30w Halojen Ampul veya Led Kullanmalıdır. 2adet yedek gönderilmelidir.
12. Biyomikroskoba Opsiyonel Olarak Özel Ataçmanla Oküler İle Gövde Arasına Bağlanan, Video Ve Resim Çekme Özelliği Olan enaz 5Megapixel Çözünürlüklü, Biyomikroskop İle Aynı Markadan Usb 2.0 veya 3.0 Bağlantılı Dijital Fotoğraf Modülü takılabilmeli aynı marka bilgisayar programına görüntü ve video aktarabilmelidir.
13. Biyomikroskop da amber filitreveya historytriggersistemi olmalıdır.
14. Biyomikroskop da amber filitreveya Stereovariatörsistemi olmalıdır
15. Biyomikroskoba, Opsiyonel olarak aynı marka oct, veya fundus kamera Bağlanabilmelidir.
16. Biyomikroskop opsiyonem olarak görüntüleme sisteminde hızlı çekim modu olmalı veya otomatik pozlama ve otomatik diyafram özelliği olmalıdır.
17. Biyomikroskopun Görüntü Aydınlatma Ayarı Kademeli, Reostalı Tip Olmalı Ve Kullanım Kolaylığı İçin Joystick Yakınlarında Bir Yerde veya masada Bulunmalıdır.
18. Biyomikroskop Ac 100-120-220 Ve 240 V. İle Çalışabilen Voltaj Seçicisine Sahip Olmalıdır.
19. Biyomikroskoba Opsiyonel Olarak Sarı Filtre, Diafragm, Takılabilmelidir.
20. Cizala Birlikte Üstten Askılı Tip AplanasyonTonometresi Verilmelidir.
21. Motorize sehpa ile verilmelidir.
22. 90D Retina Lens 1 adet yanında gelmelidir.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zeynep Kızılcık
Giyimmedikal Teknikeri

1. Cizala Birlikte Üstten Askılı Tip AplanasyonTonometresi
Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Ferhat Bayer POLAT
Diy. Tes. No: 160256

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt
Devlet Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Ferhat Bayer POLAT
Diy. Tes. No: 160256