

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2025

Sayı: 419

Konu: 8 KALEM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANNE BEBEK DOĞUM KOL BANDI MAVİ			5000	Adet		
2	HASTA BİLEKLİĞİ YETİŞKİN BEYAZ			5000	Adet		
3	KUMAŞ KURUM BAYRAKLARI (KIZILAY BAYRAĞI)			50	Adet		
4	TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI)			100	Adet		
5	MOP PASPAS BEZİ 60 CM.			750	Adet		
6	MOP PASPAS BEZİ 80 CM.			500	Adet		
7	SIVI EL SABUNU			1000	Kilogram		
8	ÇAMAŞIR SULARI (YOĞUN KIVAMLI)			1000	KİLO METRE		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK

1. Hasta kol bandı yumuşak PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Antialerjik ve antibakteriyel olmalıdır.
3. Hafif ve yumuşak olmalı hassas ciltlere zarar vermemelidir.
4. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmamalıdır.
5. Uzunluğu $24,5 \pm 1$ cm, yazı yazılacak kısmın ebadı $2,5 \pm 0,5$ cm ölçüsünde olmalıdır.
6. Hasta ile ilgili bilgilerin yazılacağı bilgilendirme kağıdı olmalı ve bu kağıdın içine konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Yazının yazılacağı kağıdın ölçüleri 2×6 cm ($\pm 0,5$ cm), cebin ölçüleri kağıdın girmesine uygun olmalıdır.
8. Hasta kol bandı kesinlikle kanserojen hammadde içermemelidir.
9. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıt çıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
10. Teslim tarihi itibari ile en az 18 ay raf ömrü olmalıdır.
11. Sağlık literatüründe sınıflandırılmış renk kodlarına uygun olmalıdır.
12. Mavi renk olmalıdır.

Erol TOPAL
Sağlık Teknolojileri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HASTA BİLEKLİĞİ YETİŞKİN BEYAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta kol bandı yumuşak PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Antialerjik ve antibakteriyel olmalıdır.
3. Hafif ve yumuşak olmalı hassas ciltlere zarar vermemelidir.
4. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmamalıdır.
5. Uzunluğu $24,5 \pm 1$ cm, yazı yazılacak kısmın ebadı $2,5 \pm 0,5$ cm ölçüsünde olmalıdır.
6. Hasta ile ilgili bilgilerin yazılacağı bilgilendirme kağıdı olmalı ve bu kağıdın içine konulacağı bir cep olmalıdır.
7. Yazının yazılacağı kağıdın ölçüleri 2×6 cm ($\pm 0,5$ cm), cebin ölçüleri kağıdın girmesine uygun olmalıdır.
8. Hasta kol bandı kesinlikle kanserojen hammadde içermemelidir.
9. Hasta kol bandı tek kullanımlık olmalı, çıt çıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
10. Teslim tarihi itibari ile en az 18 ay raf ömrü olmalıdır.
11. Sağlık literatüründe sınıflandırılmış renk kodlarına uygun olmalıdır.

Erol TOPAL
Sağlık Hizmetleri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Tıbbi Kontrol ve Kontrol Yönetimi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Selami OGLU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KURUM BAYRAĞI BAYRAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sağlık Bakanlığının Kurumsal Kimliğinde Belirtilen Şartlara Uygun Olmalıdır.
- 2-Yeni logo kullanılmalıdır. -Bayrak üzerindeki logoları dijital baskı olmalıdır
- 3-80x120cm. Ebatlarında, Raşel Kumaş Üzerine Dijital Baskı Tekniği ile Üretilmelidir.
- 4-Dış Hava Koşullarına Dayanıklı olmalıdır Renk vermemelidir.
- 5-Direk Bayrağı Olarak Kullanılmaya Uygun olmalıdır.
- 6-Uçkur Kenarlarında Bağlama Halkaları olmalıdır.

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ATN KAT BİRİMİ

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fırça boyu 22 cm den aşağı olmamalı gürgen sapın kolaylıkla takılabilmesi için orijinal takılma yeri olmalıdır
- 2-Alt kılları 2 cm sık ve yumuşak plastikten olmalı, çekildiğinde kolay çıkmamalıdır
- 3-Alt temizleme kılları en az altı sıra olmalıdır
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
AYNIYAT BİRİMİ

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Süleyman DALMAZ
Taahhüt, Kayıt, Kontrol Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MOP PASPAS APARATI 80 CM. TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mop aparatları,nemli ve kuru temizlikte mopyu çıkarmadan kullanılmalı
- 2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır
- 3- Nemli mop aparatı ve sapı değıştirilebilir olmalıdır
- 4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliğı 80 cm olmalıdır
- 5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliğı yüksek olmalıdır
- 7-Alüminyum sap dayanıklı ve 80 cm olmalıdır
- 8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır
- 9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir
- 10-Numune üzerinden değerdendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerdendirme dıřı bırakılacaktır

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AYNI

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MOP PASPAS BEZİ 60 CM. TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalıdır.
- 2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.
- 3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır
- 4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır
- 5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Süleyman DALMAZ
Tasınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
- 2-Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
- 3-Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
- 4-Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 5-Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Ağrı Devlet Hastanesi

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞUZ
İşletme İşleri
Bölüm Başkanı
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi

ÇAMAŞIR SULARI (YOĞUN KIVAMLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2-Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.
- 3-3,5 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi