

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-71
KONU : Sarf Malzemesi Alımı Hk.

07.05.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 12.05.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Kelebek Anatomik Matris Seti	Adet	2		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Ürün Adı: Kelebek Anatomik Matris Seti

Kullanım Alanı: Diş hekimliğinde restoratif tedavilerde, özellikle proksimal restorasyonlarda anatomik kontur sağlamak amacıyla kullanılır.

1. Genel Özellikler

1. Matris seti; küçük, orta ve büyük boy olmak üzere en az 3 farklı ebatta kelebek anatomik metal matristen oluşmalıdır.
2. Set, minimum 18 adet matris bandı ve bir adet yaylı tutucu içermelidir.
3. Matrisler, dişin doğal konturunu sağlayacak şekilde eğimli ve anatomik formda olmalıdır.
4. Sistemde kullanılan yaylı tutucu, matrisi dişe sıkıca yerleştirecek şekilde dayanıklı ve kolay uygulanabilir olmalıdır.

2. Teknik Özellikler



5. Matris kalınlığı minimum 0,035 mm ve maksimum 0,050 mm aralığında olmalıdır.
6. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı; korozyona, sterilizasyona ve dezenfektana dayanıklı olmalıdır.
7. Matris kenarları hastanın yumuşak dokularını zedelemeyecek şekilde pürüzsüz olmalıdır.
8. Ürün, tek kullanımlık veya sterilize edilebilir olarak sınıflandırılmalıdır.

3. Sertifikasyon ve Uygunluk

9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
11. Ürün ambalajında menşei, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

4. Paketleme ve Teslimat

12. Her set, orijinal ambalajında, hasarsız ve eksiksiz şekilde teslim edilmelidir.
13. Ambalaj üzerinde ürün içeriği ve kullanım talimatı Türkçe olarak yer almalıdır.



F. Fatma GÜLTEKİN
Dış Hekimliği
T.C. Sağlık Bakanlığı
00453