

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

08.05.2025

Sayı: 25DT696586

Konu: İditme Tarama Cihazı (ABR) İin Sarf Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve ařağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hari birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.05.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ABR CİHAZI ELEKTRODU 3 LÜ TEK KULLANIMLIK		500	Takım		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kiři / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaře/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariřten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun deęerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden deęerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İla ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde deęerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en ge 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En ge 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulařtırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ABR CİHAZI ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sağlık tesisimizde kullanılan MADSEN AccuScreen marka işitme tarama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Bir karttan 3 snap elektrodu olmalıdır.
- 3- Anti alerjik , kendinden yapışkanlı ve hasta cildine yapışan yüzü hidrojenli olmalıdır.
- 4- Elektrotlar tek kullanımlık(disposable) ve çitçitli olmalıdır.
- 5- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
- 6- Elektrotlar orijinal ambalajında gönderilmelidir. Bir pakette 3 elektrot olmalıdır.
- 7- Elektrotlar yüz ergonomisine uyumlu olmalıdır.
- 8- Elektrotlar kenarları yuvarlatılmış kare şeklinde olmalıdır.
- 9- Elektrotların son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 10- Firma üretim kaynaklı hatalara garanti vermemelidir.
- 11- Ürün kesinlikle original olmalıdır taklit veya muadil ürün kabul edilmeyecektir.

Sorumlu 
Ozlem Kalyoncu
