

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.05.2025

Sayı: 433
Konu: ÜROFLOWMETRE KAĞIDI (200 ADET) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÜROFLOWMETRE KAĞIDI 110 MM X 30 MM			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ÜROFLOWMETRE KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenilen termal kağıt rulo katlamalı olmalıdır.
2. ORUBA marka ORUFLOW model cihaza uygun olmalıdır.
3. Kağıt termal özelliğe sahip olmalıdır.
4. Termal kağıt, yüksek kalitede olmalıdır.
5. Türk standartlarına uygun olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar istenildiği takdirde numune gönderecektir. 1 adet numune gönderilecektir ve numune geri gönderilmeyecektir.
7. Muayene kabulde kağıt beğenilmediği takdirde iade edilebilecektir.
8. Rulo göbek boşluğu 15mm'yi aşmamalı
9. Rulo eni (kağıt genişliği) 55mm olmalı. Rulo cihaza sığabilecek boyutta ve uzunlukta olmalıdır.
10. Kağıt beyaz ve çizgisiz olmalı. Cihaz çıktıları kağıt üzerinde rahatlıkla okunabilmeli

Betül SARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

AGREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri