

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

12.05.2025

Sayı: 20

Konu: 2 KALEM TIBBİ SARF MAL MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.05.2025 saat: 10:30 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DÖNER KANAL EĞESİ (NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ)			500	Kutu		
2	IŞIKLA SERTLEŞEN REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT			60	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Kısmi Teklife ağıttır.

DÖNER KANAL EĞESİ

- 1) Eğeler Nikel-Titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- 2) Kanal eğelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 3) Eğelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır..
- 4) Renk halkası olan kanal eğelerinin 21- 25 -31 mm boyları bulunmalıdır.
- 5) Sistem Pedodonti için tasarlanmış 16 mm uzunluğunda eğelere sahip olmalıdır.
- 6) 15/40 numara eğelerin hem 04 açılı hem 06 açılı gold ve blue seçenekleri olmalıdır.
- 7) İstenildiğinde 04 ve 06 açılı eğelerin istenilen numaralarda sortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 8) Set içerisinde toplam 6 ege olmalıdır.
- 9) Her 100 adet ege için aynı marka 3 paket Pedodontik boy ege verilmelidir.
- 10) Ayrıca, (019/08), (016/02), (020/04), (025/04), (030/04), (035/04) kit seçeneği olmalıdır.
- 11) Piyasada ürünle aynı marka gutta percha, aynı marka paper point ve aynı marka endomotor olmalıdır.
- 12) Eğelerin shaft kısmında açılı ve numarası lazer ile silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 13) Ürün kutusunun üzerinde endometre olmalıdır.
- 14) Ürün kutusu otoklava girebilmeli ve kutunun üzerinde ürünün kaç defa otoklava girdiğini takip etmeye yarayan koparılabılır çentikler olmalıdır.
- 15) Uts barkod numarası olmalıdır.

Diş Hekimi
Fikret DEMİR
Dip. Tes. No: 01695
Ağrı Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No: 52399
Ağrı Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi
Dr. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No: 54617
Ağrı Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi

İŞIKLA SERTLEŞEN REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT

1. Rezinmodifiye kalsiyum silikat ve/ veya biyoyouumlu bir üretan dimetakrilat matriksinde kalsiyum hidroksit olmalıdır.
2. Biyoyouumlu olmalıdır.
3. Işıkla 20 sn de polimerize olmalıdır.
4. Hem pulpa koruması hem de kaide olarak kullanıma uygun olmalıdır.
5. Hem direkt hem indirektrestorasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.
6. Kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz mayeryaller altında kulanıma uygun olmalıdır.
7. Dentine en az 4 MPa dirençle bağlanabilmelidir.
8. Suda kenislikle çözünmemelidir.
9. Zamanla çözünmemelidir.
10. Radyoopak olmalıdır.
11. Kullanım amacına uygun olmalıdır.
12. Kalsiyum realize etmelidir.
13. En az 1 gr şırınga formunda olmalı ve oijinal ambalajında 4 şırınga olmalıdır.
14. Orijianal ambalajında 20 adet uygulama ucu içermelidir.
15. Uyqualama için resimli teknik kartı olmalıdır.
16. Yukarıdaki özellikleri oijianal broşüründe yer almalıdır.

(Handwritten signature)
Dt. Uğur DUMAN
Dip. Tes. No: 54617
Ağrı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi

(Handwritten signature)
Diş Hekimi
Tuğçe YILDIRIM
Dip. Tes. No: 58999
Ağrı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi

(Handwritten signature)
Dt. Mehmet Süddik AKAGÜNDÜZ
Ağrı Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi
Dip. Tes. No: 56048