



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 19.05.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Lanset Manuel Plastik	2.000	ADET		
2					
3					
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT Temel İşlevi:	1. Keskin ve sivri ucu sayesinde hastalardan damlacık yöntemi ile alınacak her türlü kan alma işlemi için tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Güvenlikli lanset ve manuel lanset şeklinde tipleri olmalıdır 3. Manuel lansetin paslanmaz çelikten ve plastikten imal edilmiş çeşitleri olmalıdır. 4. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset her spesifik test için en az dört farklı ölçü (düşük, orta, normal ve yüksek) akışlı olmalıdır. (18G. 1.8mm.), (28G. 1.8mm.), (21G. 2.2mm.), (21G. 2.8mm.)
Teknik Özellikleri:	Güvenlikli Lanset: 5. Ürün kullanım esnasında herhangi başka bir cihaz veya adaptöre gereksinim duymayacak şekilde tam otomatik olmalıdır. 6. Ürün kullanımı pratik olmalı, kullanıcıya güven ve zamandan tasarruf sağlamalıdır. 7. Ürün kullanımdan sonra otomatik olarak kendisini kitleyerek, donörü ve sağlık personelinin kazara olabilecek iğne batmalarına ve kontaminasyona karşı korumalıdır. 8. Ürün plastikten imal edilmiş olmalı, iğnesi keskin ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 9. Ürünün içinde özel yay sistemi olmalı bu sayede hızlı ve konforlu bir delme sağlamalıdır. 10. Ürünün ergonomik şekli ve kavrama özelliği olmalı bu sayede kolay tutulup kullanılabilmelidir. 11. Ürün iğne derinliği kontrollü olmalı, her seferinde tam ve eşit derinlikte işlem yapılmasını sağlamalıdır. 12. Ürün kullanımdan sonra yeniden kullanılmaya imkân vermemelidir. 13. Ürün iğnesi görülmemelidir. Manuel Lanset tipi: 14. Paslanmaz çelik lansetlerin ucu sivri, keskin ve ince olmalıdır. 15. Ürün uçlarında pütür, çapak olmamalıdır 16. Ürünleri kullanırken eğilme-bükülme olmamalıdır. 17. Paslanmaz çelik lansetler tekli ambalajda olmalıdır.

T. Bektaş

Hubey

SMT4021 LANSET

Genel Hükümler:	18. CE ve ISO 9001 uluslararası kalite kontrol belgelerine sahip olmalıdır. 19. Ürün steril olmalıdır. 20. Ürün en az 100 en fazla 200'lük ambalajlar halinde olmalıdır.
------------------------	---