

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.05.2025

Sayı: 444

Konu: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRİMİ HASTASI FATMA OKAY İÇİN 15 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.05.2025 saat: 09:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM DUAL KAPLAMALI (ÇİFT KAPLAMA)(AP2050)			1	Adet		
2	ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) DELİKLİ / DELİKSİZ ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ(AP1520)			1	Adet		
3	ASETABULAR LİNER AÇILI /AÇISIZ YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (AP1610)			1	Adet		
4	ASETABULAR VİDA COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR(AP1670)			4	Adet		
5	FEMORAL BAŞ 28MM COCR(AP1750)			2	Adet		
6	FEMORAL BAŞ 32MM COCR/ TİTANYUM (AP1800)			1	Adet		
7	FEMORAL BAŞ 36MM VE ÜZERİ COCR/TİTANYUM(AP1860)			1	Adet		
8	FEMORAL BAŞ 22MM COCR/ TİTANYUM (AP1700)			1	Adet		
9	ASETABULAR BİPOLAR CUP TUM BOYLAR(AP1880)			1	Adet		
10	DİSTAL MERKEZLEYİCİ UHMW POLİETİLEN/PMMA TUM BOYLAR(AP2210)			1	Adet		
11	TIKAÇ (PLUG) KİLİTLİ VİDA İÇİN(AP2200)			1	Adet		
12	FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM(AP1980)			1	Adet		
13	KABLO(KİLİTLEME BLOĞU DAHİL)COCR(AP3920)			1	Adet		
14	KABLO İÇİN DÜZ PLAK COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR(AP3950)			1	Adet		
15	TROKANTER DESTEK/GRİP PLAK COCR/TİTANYUM TUM BOYLAR(AP4010)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.DİLBER YAKAR Dahili: Sayfa 1

TEKNİK SARTNAME

ÇİMENTOSUZ/ÇİMENTOLU TOTAL KALÇA PROTEZİ ÇİFT KAPLAMALI

1. Kullanılacak protezlerin tüm parçaları tibb kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2. Kalça deformasyonlarının iyileştirilmesinde kullanılan protezler titanyum malzemeden olmalıdır.
3. Stemler 9- 15mm arasında ölçülerinde her birinden 1 er adet olarak 7 boy set içerisinde yer almalıdır.
4. Stem 12/14 kona sahip olmalıdır. 130° açılı olmalıdır. Protezin boynu inpingmenti önlemek için parlatılmış olmalıdır.
5. Stemler 1/3 çift kaplamalı olmalıdır.
6. -Stem distal ayrı proximal farklı kaplamalardan oluşmaktadır.
7. Stemler yakalıksız olmalıdır.
8. Stemlerin en ucu parlatılmış ve konik olmalıdır.
9. Stemlerin raspaları modular olmalı, aynı zamanda deneme protezi olarak kullanılabilmelidir,
10. Protezler kemik tutuculuğunu arttırmak için protezin yüzeyi kanallı olmalıdır.
11. Protez şaftlarının gövde kısımlarında çakma ve çıkarma işlemleri için tutucu deliği yer almalıdır.
12. Raspa üzerinden kalkar reamer yapılabilmektedir. Setin içerisinde kalkar reamer bulunmalıdır.
13. Acetabular Shell Titanium alloy den (Ti6Al4V) standardlarında üretilmiş ve kaplamalı olmalıdır.
14. Shell ve liner kilitleme mekanizması gizli olmalıdır. Kolay yerleştirme ve çıkarma imkanı sağlamalıdır. Acetabullar cup 40-70 çaplarında olmalıdır.
15. Acetabullar da en az 3 vida delik olmalıdır.
16. Acetabular Shell'lerin çift kaplama seçeneği olmalıdır.
17. Acetabular vidaları 16mm den başlayıp 60mm e kadar olmalıdır. Acetabullar vidaları titanyum olup spongöz özellikte olmalıdır. Vidaların çapı en az 6mm olmalıdır.
18. Linerların polieitilen seçeneğinde ve 0-15 derece açılı ve açısız (HXLPE) güçlendirilmiş malzemeden üretilmiş olmalıdır.
19. Setin içerisinde acetabular flexible diril flexible size ölçer bulunmalıdır.
20. Setin içerinde motor ucu ve tornavida ucu uyumlu 3 adet düz şteyman bulunmaktadır.
21. Acetabular cup'ın proteze tam uyumu ve kemik - protez temas yüzeyinin sağlıklı değerlendirilmesi için denemeleri olmalıdır.
22. Orijinal acetabular Shell komponent içerisine deneme liner sökölüp takılabilir. Deneme yapılabilir olmalıdır. Liner çakıcı ve liner tutucu olmalıdır. Denemeleri olmalıdır
23. Femoral headler kalça deformasyonlarının iyileştirilmesinde protezlerle birlikte kullanılan Modüler Küreler CoCr malzemeden olmalıdır ve denemeleri orjinalle aynı olmalıdır

- Ø28 modüler küreler -3/0/3/6/9 ölçülerinde set içerisinde yer almalıdır

- Ø32 - Ø36 modüler küreler -6/-3/0/3/6/9 ölçülerinde set içerisinde yer almalıdır.

İstenildiği takdirde ürüne ait malzeme spektlerini içeren kalite belgesi, yapılan etilenoksit, kimyasal ve fiziksel test ve deney sonuçları gösterir raporlar ibraz edilmelidir.

Bütün ürünler çift paket gama steril olup kutulu olmalıdır. Aynı zamanda kutu üzerinde steril tarihi ile son kullanma tarihi yazmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. Mehmet Fatih AKSAY
Dip. Tes. No. 153625

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AGRI İLİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Op.Dr. Ahmet Akberem ÖZTÜRK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 186847

BIPOLAR KALÇA PROTEZİ

1. Stem CoCrMo ISO 5832-4 olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Stem 12/14 kona sahip olmalıdır.
3. Stem en az 7 farklı boya sahip olmalıdır.
4. Stem parlak yüzeyli olmalıdır. Çimentosuz Porous+HA kaplı seçeneği bulunmalı tüm femoral stem seçenekleri aynı Ins. Set ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. Çimentolu Stemler için en az 7 farklı boy distal centralizer ve plug olmalıdır.
6. Stem protez denemeleri raspa üzerinde yapılabilmelidir.
7. Stem dizaynı tapered yapıda olmalıdır.
8. Stemin boyun açısı 135 dereceden az olmalıdır.
9. Bipolar Cup 38-58 mm arasında en az 11 boya sahip olmalıdır.
10. Bipolar Cuplar 38-40 mm arası 22mm Modular Head ile, 42-58mm arası 28mm Modular Head ile kullanıma uygun seçenekli olmalıdır.
11. Bipolar protezin inserti tekrar sökölüp takılabilmeye müsaade etmelidir. Bipolar liner ve shell çift emniyetli kilitleme yapacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
12. Modular headler CoCrMo olarak imal edilmiş olmalıdır.
13. Moduler Headler 22-28mm çaplarında ve 22mm için en az 3 uzunluk seçeneğinde, 28mm için en az 5 uzunluk seçeneğinde olmalıdır.
14. Ins. Seti içerisinde Bipolar ve Modular Head denemeleri olmalıdır.
15. Set ile birlikte trokanterik grip, kablo plak ve kablo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.
16. Protezler çift kat Blister ambalajda steril edilmiş olmalıdır.
17. Ürüne ait CE ve ISO belgeleri olmalıdır. Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmış test raporu olmalıdır.
18. Set içerisinde yer alan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

- FEMORAL STEM - AP1980
- BIPOLAR CUP - AP1880
- FEMORAL HEAD 22 MM COCR – AP1700
- FEMORAL HEAD 28 MM COCR – AP1750
- CENTRALİSER - AP2210
- PLUG - AP2200
- KABLO - AP3920
- TROCHANTER GRIP - AP4010
- KABLO PLAK - AP3950

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op.Dr. Mehmet Fatih Ak
Dip. Tes. No. 153625

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Op.Dr. Ahmet Alperen ÖZTÜRK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes.No: 189817