

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

16.05.2025

Sayı: 250T 755002

Konu: 2 Kalem Biyomedikal Dış Malzemesi Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.05.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AERATÖR (BUTONLU) LED IŞIKLI (ADAPTÖRSÜZ) STANDART BOY		2	Adet		
2	ANGULDURVA PUSH BUTTONLU		2	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KENDİNDEN IŞIKLI STANDART KAFA AERATÖR BAŞLIĞI

1. Aeratör başlığı adaptöre ihtiyaç olmadan ışık üretme sistemine sahip olmalı ve ışık devresi olmayan ünitelerde ışıklı olarak çalışabilmelidir. LED ışıklı olmalıdır.
2. İnsan sağlığına uygunluğu, hassas ve ideal dengeye sahip olması ve mükemmel korozyon direncine sahip olması için başlığın tüm dış kısmının malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
3. Aeratör başlığının hızı 330.000(min)- 430.000(max) dev./dk. olmalıdır.
4. Aeratör başlığı,2.2- 2.5 atmosfer basıncında randımanlı çalışmalıdır.
5. Aeratör başlığı,rahat kullanım için en fazla 60 gr olmalıdır.
6. Aeratör başlığı, seramik rulmanlı olmalıdır.
7. Aeratör başlığının kafası standart tip olmalı ve en fazla 12.1x13.3 mm lik kafa çapı ile optimum görüş imkanı sağlamalıdır.
8. Aeratör başlığı,dayanıklılığı artıran kapalı kartuş sistemine sahip olmalıdır.
9. Aeratör başlığı, push button frez değiştirme ve ünite direk monte sisteminde olmalıdır.
10. Aeratör başlığının çıkış gücü en az 16 W olmalıdır.
11. Aeratör başlığının gövde yapısı kolay hijyen edilebilmesi için düz, hafif ve ergonomik yapıda olmalıdır.
12. Aeratör başlığı, ağız içi tükrük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen, böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine sahip olmalıdır. Bu işlemi başlık üzerinde en az 4 hava yoluyla yapmalıdır.
13. Aeratör başlığı, en az dört(4) noktadan optimum soğutma sağlamalıdır.
14. Aeratör başlığı, 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu özellik başlık üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
15. Termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. Bu özellik başlık üzerinde belirtilmelidir.

ANGULDURVA KAFASI BUTONLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dıştan sulu havalı mikromotor ile çalışmalıdır.
2. Anguldurva başlığı seramik rulman'lı sistem olmalıdır.
3. Mikromotor devrini 1:1 oranında (aynı hızla) iletmelidir.
4. Çapı Ø2,35 mm olan frezler ile kullanılabilmelidir.
5. Ürünle yağlama aparatı, başlık değiştirme anahtarı, su hortumu verilmelidir.
6. 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilmelidir.
7. Anguldurva (PUSH BUTON) anahtarsız değiştirme sistem olmalıdır.
8. 2 yıl garantili olmalıdır
9. ÜTS kaydı ve UBB kodu olmalıdır.
10. Numune gönderilen anguldurvanın şartları sağlayıp sağlamadığı klinik kullanımı sonrasında belirlenecek olup uygunluk verildiği durumda alımı yapılacaktır.