



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-276515935
Konu : TEKLİFE DAVET

16.05.2025

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **2 KALEM EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22.05.2025 tarih ve saat 10:30'a** kadar dogubayazitadsmstinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT	LİTRE	100		
2	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT	LİTRE	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTLAR

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2A065EB6-30C9-4C15-9F78-A8EC1FEEF994

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:



2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2A065EB6-30C9-4C15-9F78-A8EC1FEEF994

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

15/05/2025

Sayı: 276482844



Konu: Görevlendirme (Piyasa Fiyat Araştırması)

HASTANE YÖNETİCİLİK MAKAMI'NA

Hastanemizin ihtiyacı **2 KALEM EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU** malzeme alım işine ait ihtiyaç kalemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi gereği Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılmasını ve aşağıda isimleri bulunan personelin Piyasa Araştırması ve Satın alma görevlisi olarak görevlendirilmesi hususunu; Olurlarınıza arz ederim.


ERDAL SALMAN
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

PİYASA ARAŞTIRMASI VE SATINALMA GÖREVLİLERİ

Adı Soyadı	Ünvanı	Tebliğ Tarihi	İmza
DİCLE UÇAR	TIBBİ SEKRETER	15.05.2025	
FIRAT ÇAKAN	TIBBİ SEKRETER	15.05.2025	
MEHMET TUNÇ	ECZACI	15.05.2025	

2 KALEM EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU MALZEME ALIM İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N.	TAŞINIR KODU	İş Kalemi Adı	Birim	Miktar
1		EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT	LİTRE	100
		EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT	LİTRE	100

UYGUNDUR
15/05/2025
DT. MEHMET NURİ İLÇİ
BAŞHEKİM




276429350

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİTİ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

15/05/2025

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0
Sayı:		Tarih:	15.05.2025
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1		150-03-02-240013384	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT
2		150-03-02-240013383	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT
3			
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
KURUMUMUZ STERİLİZASYON BİRİMİNDE AKTİF HALDE BULUNAN ERYİĞİT MARKA YIKAMA VE DEZENFEKSİYON CİHAZININ AKTİF HALDE ÇALIŞABİLME Sİ İÇİN ALKALİ VE NÖTRALİ SIVI İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
FIRAT ÇAKAN T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI 15.05.25 Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dt. Mehmet Akın Baskım 15.05.25	
İletişim Tel No:		Taşınır Kayıt Yetkilisi	
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ			
Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası		Taşınır Kayıt Yetkilisi	
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere nolu kalemler depoda mevcuttur.			

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere -12- nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	15.05.25
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	TAĞI SOYAK URBAYAZI Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	FARUK KAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
15.05.25	15.05.25
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdari İşler Müdürü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Doğucağazlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Faruk KAN	Başhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Doğucağazlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi DTU Yetkilisi

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmza Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

YIKAMA MAKİNALARINDA KULLANILAN TEMİZLEYİCİ (ALKALİ) SOLÜSYON

1. Alkali solüsyon hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarlarda kullanılan camların alkalik temizlenmesi amacıyla idarede bulunan otomatik yıkama makinelerinde kullanıma uygun veya aynı marka olmalıdır.
 - 1.a) Solüsyon alkaliler yanında silikatlar ve aşınma inhibitörleri de içermelidir.
 - 1.b) Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.
 - 1.c) Solüsyon cerrahi alet ve diğerleri için otomatik yıkama makinelerinde 93°C de termik olarak veya 60°C kimyasal olarak dezenfekte edilebilen tıbbi cihazların ve aksesuarların ön temizliğinde kullanılmalıdır.
 - 1.d) PH değeri yaklaşık 14 olmalıdır.
 - 1.e) Dozaj pompası olan bütün makinelerde tıbbi alanda temizleme için 3-5 mL/L oranında, her türlü kullanıma uygun olmalıdır.
 - 1.f) Solüsyonlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ambalajlanmış olmalıdır.
 - 1.g) Eryiğit marka yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.

YIKAMA MAKİNALARINDA KULLANILAN NÖTRALİZASYON SOLÜSYONU (ASİDİK)

2. Hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, konteynerlerin ve ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarlarda kullanılan cam malzemenin alkalik temizlenmesinden sonra nötralizasyonu için idarede bulunan otomatik yıkama makinelerinde kullanıma uygun veya aynı marka olmalıdır.
 - 2.a) Solüsyon, alkalik temizlemeden sonra fosforik asit nötralizasyonu ile kireç ve diğer asite çözünebilir kirliliklerin temizlenmesi için kullanılmalı ve pas çözücü olmalıdır.
 - 2.b) Solüsyon en az >%10 Fosforik asit çözeltisi içermelidir.
 - 2.c) PH değeri 1 olmalıdır.
 - 2.d) Dozaj pompası olan tüm tıbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon makinelerinde, 40°-60°C de 1-3 mL/L konsantrasyonda ve her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
 - 2.e) Ürün manuel kullanımda, aside dayanıklı paslanmaz çelik cihazların temel temizliği için 10-15 dakika süreyle 40°-60°C de %25 konsantrasyonda daldırma çözeltisi olarak kullanılabilir.
 - 3.d) Solüsyonlar 5 L'lik polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
 - 3.e) Eryiğit marka yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
F. YALÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Mehmet TUNÇ
Eczacı

UĞUR BASKAYA
Tasınır Kayıt Yetkilisi