

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.05.2025

Sayı: 449

Konu: HAVALI YATAK (17 ADET) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HAVALI YATAK / ESKAR A+B SİSTEM			17	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HAVALI YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hava ventilasyon özelliğinde bir hasta yatağı olmalıdır.
2. A+B sıralı ve dalgalı şişme borulardan oluşmalıdır.
3. Bası yarası ve cilt sorunlarının ortaya çıkmasını engellemelidir.
4. Konforlu ve sağlıklı bir dinlenme sunmalıdır.
5. Tedavi sürecine destek olmalıdır.
6. Mevcut yaraların iyileşmesini hızlandırmalıdır.
7. CPR hızlı boşaltma valfi mevcut olmalıdır.
8. PU malzemeli, dayanıklı ve su geçirmez kılıfı olmalıdır.
9. Ultra sessiz ve düşük titreşimli pompalı olmalıdır.
10. 7-8 dakika gibi kısa bir sürede şişirilmelidir.
11. Motoru alüminyum kaplı olup dayanıklı olmalıdır.
12. Maksimum 150 kg taşıma kapasitesinde olmalıdır.
13. Kılıf en iyi kalite malzemeden üretilmiş ve antibakteriyel özelliği olmalıdır.
14. Kenardaki kancalar sayesinde yatağa kolayca monte edilebilmelidir.
15. Ebatları 90 x 190 cm olmalıdır.
16. Cihazın CE belgesi olmalıdır.
17. 2 yıl garantili olmalıdır.


Betül ŞARSIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi


Fırat DURAN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Uzmanı


Sedat ÇETİN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Tekniği