

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/476
KONU : Teklife Davet

22/05/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **İDRAR TORBASI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23/05/2025** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	İDRAR TORBASI, MUSLUKLU, STERİL 2000 ML	200	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TUTANAK

İDRAR TORBASİ, MUSLUKLU, STERİL 2000 ML adlı malzeme stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Önceki DMO ihalesinde fiyat verilmedi. Mevcut DMO ihalesi henüz sonuçlanmamıştır. Sonucunun ne zaman açıklanacağı da belli değildir. Diğer hastanelerde temin edemedik. Hastane genel işleyişinin sürmesi için acilen temin etmemiz gerekmektedir. 22/05/2025

Engin YILDIZ

TKY

SMT1080 İDRAR TORBASI, MUSLUKLU, STERİL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, idrar yoluyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün şeffaf sentetik materyalden imal edilmiş olmalıdır. 3. Ürünün sıvı toplama kapasitesi 2000 ml olmalıdır. 4. Ürünün torbasının üzeri en az 50 ml en fazla 100ml aralıklarla derecelenmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürünün askı için delikleri bulunmalıdır. 6. İdrar torbasının hortum uzunluğu 100(±20)cm olmalıdır. 7. Ürün derecelendirme sıvı miktarını doğru olarak belirtmelidir. 8. Hortumun ucunda konik bağlantı konektörü bulunmalı ve konektör üzerinde kapak olmalıdır. 9. Konektör üzerindeki kapak konektöre iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalıdır. 10. Torba içi tam dolu iken bile sızdırma yapmamalıdır. 11. İdrar torbası musluğu kapalıyken torbanın hiçbir yerinden idrar sızdırmamalıdır. 12. Ürünün musluğu kendiliğinden açılmamalıdır. 13. Torbada idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalıdır. 14. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığından 24 saat dayanabilmelidir. 15. Sondaya takılan idrar torbası ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalıdır. 16. Hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek olmalıdır.
Genel Hükümler:	17. Ürün tekli ve steril paketlenmiş olmalıdır. 18. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.


Engin Yücel
Tasınır Kayıt
Diyadin Devlet

5846	28.04.2025	150-03-03-210030530	İDRAR TORBASİ MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML	İDRAR TORBASİ MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML, ARTİMED - 2000ML T-MUSLUKLU İDRAR TORBASİ (STERİL) (İDRAR TORBASİ MUSLUKLU 2000 CC)	8680434325584	Karsılanamadı	500	0	9.05.2025	ÇANAKKALE	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ
5841	28.04.2025	150-03-03-210030530	İDRAR TORBASİ MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML	İDRAR TORBASİ MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML, ARTİMED - 2000ML T-MUSLUKLU İDRAR TORBASİ (STERİL) (İDRAR TORBASİ MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML)	8680434325584	Karsılanamadı	500	0	9.05.2025	KONYA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ


Engin YILMAZ
 Taşınır Kayıt No: 1
 Diyaradin Devlet Hastanesi