

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-75
KONU : Mal Alımı Hk.

23.05.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 26.05.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	BAYONET BİPOLAR FORSEPS	ADET	2		
2	BİPOLAR KABLO	ADET	2		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

BAYONET BİPOLAR FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kliniğimize teslim edilecek bipolar forsepslerin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Teklif edilecek bipolar forseps bayonet tipinde ve reusable olmalıdır.Otoklav ve Etilen Oksit ile steril edilebilir olmalıdır.
2. Teklif edilecek bipolar forseps altın uçlara sahip olmalı, üretimini ve kullanılan malzemeyi her bir tür için belgelendirmelidir.Altın uçlu bipolar forsepsler, özel altın kaplama olmalıdır,altın suyuna batırılmış olmamalıdır.Orijinal basılı broşüründen ve WEB sitesinden teyit edilebilmelidir.Satıcı firmanın yazılı ya da sözel beyanı kabul edilmeyecektir.**Teklif edilen bipolarların uç kısımlarının altın kaplama olduğunu belgeler nitelikte üreticinin noter tasdikli beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır.Aksi takdirde firmanın teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.**
3. Uç tipleri non-stick(yapışmaz) özellikte olmalıdır.
4. Teklif edilecek forsepsler PİN (US) tipi iğne girişli olmalıdır.
5. Teklif edilecek non-stick (yapışmayan) özellikte bipolar forsepsler , **Beyin Cerrahisi Kliniğine uygun özel üretilmiş olmalıdır.**
6. Teklif edilecek bipolar forsepslerde yüksek kaliteli ve kesinlikle yapışmaz olması şartı aranacaktır.Kullanım esnasında oluşan ısıdan dolayı çabuk soğuma özelliğinde olan bipolar forsepsler teklif edilmelidir.Bu özellik broşürde ve WEB sitesinde belgelenmelidir.
7. Teklif edilen bipolar forsepsler yakmaya(coagulasyon) yarayan uç kısmına kadar izoleli ve izolesiz tipte modelleri olmalıdır.Zamanla kavlayan ve özelliğini yitiren plastik , boya gibi kaplamalarla kaplanmış olmamalıdır. Kesinlikle dış kısmı doku ve damarlara zarar vermemelidir. Sadece uç kısmının iç yakma yüzeyi yakma işlemini gerçekleştirmelidir. Yakma işlemi esnasında dokunun yanıp kömürleşmesini (nekroz) olmasını engelleyici aşırı ısınmaya karşı güvenli olmalıdır.Özellikle cerrahi operasyonlarda çok düşük koter ayarlarında dahi hassas iletken yapısı sayesinde yakma işlemini gerçekleştirmeli hassas doku, normal ve kılcal damarlarda kanamalara sebep olmamalıdır.
8. İstekli firmalar , aşağıda genel özellikleri verilen tipte bipolar forsepsleri portföyünde bulundurmaktadır. İhale uhdesinde kalan firmanın katalogundan , kliniğin ihtiyacına uygun forsepsler seçilecektir.
9. Teklif edilecek bipolar forsepslerin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

1.Bayonet Dar Saplı altın uçlu bipolar forseps:

- a) Bipolar forseps bayonet tipte üretilmiş olmalıdır.
- b) Beyin Cerrahisi için özel üretilmiş , yakma alanı en fazla 6 mm olmalıdır.
- c) Diseksiyon için uygun yapıda üretilmiş olmalıdır.
- d) 1.0 mm ,1.2 mm uç seçeneklerine sahip olmalıdır.
- e) Sap kısmı , kaymaları önlemek için hem tırtıklı , hem de delikli yapıda olmalıdır.
- f) Şaft kısmı ince tasarlanmış , yakılan alanın görülmesini engellemeyecek yapıda olmalıdır.
- g) Toplam uzunluğu 19-23 cm , çalışma uzunluğu 8-11 cm aralığında olmalıdır.

2.Yaşargil tipi altın uçlu bayonet bipolar forseps:

- a) Bipolar forseps bayonet tipte üretilmiş olmalıdır.
- b) Forsepsin gövde kısmı, operasyon sırasında kaymaları engellemek için delikli bir yapıda olmalıdır.
- c) Forseps diseksiyon için uygun yapıda olmalıdır.
- d) 0.4 mm , 0.7 mm , 1.0 mm uç seçenekleri bulunmalıdır.
- e) Toplam uzunluğu 19-22 cm , çalışma uzunluğu 7-10 cm aralığında olmalıdır.
- f) Bipolar forsepsin kaplaması son derece dayanıklı olmalı, soyulma-yırtılma gibi problemlerle karşılaşılmalıdır.

10)İhaleye iştirak edecek firmalar ihale saatine kadar 1 adet dar şaftlı ,1 adet yaşargil tipi bipolar forseps , 1 adet bipolar kablosu ve bipolar orijinal kataloglarını numune olarak teslim edeceklerdir.İhale saatine kadar numunelerini teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.Bipolar forsepsler elle , gözle gerekirse otoklava atılarak ve ameliyatta kullanılarak denenecektir.

11)İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir.Teklif edilen ürünler orijinal kataloğunda ve üreticinin WEB sitesinde tüm istenilen özellikleriyle gösterilecektir.Katalogda ve WEB sitesinde teklif edilen ürünleri gösteremeyen firmaların teklifleri habul edilmeyecektir.

12) Teklif edilecek bipolar forsepslerin EC Tam Kalite Güvenlik belgesi bulunmalıdır.

13)Teklif veren firmalar bu hususu özellikle dikkate almalı garanti belgesini beraberinde vermelidir.

14)T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince , isteklilerden AT belgeleri (CE/EC sertifikaları Uygunluk Beyanı) istenmeyecektir.Bu nedenle teklif edilen ürünlerin ÜTS kaydı olmalıdır.

15)İstekli firmalar ihale uhtelerinde kalması durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacıyla idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az iki personele bir gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim vereceğini taahüt etmelidir.

16) 2 adet bipolar forseps ile birlikte 2 adet tekrar kullanılabilir kablo teslim edilecektir.

BİPOLAR KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- A. Teklif edilecek bipolar forseps kabloları 3.6 m (+-10cm) uzunluğunda olmalıdır.
- B. Dış kaplaması silikon ve kauçuk birleşiminden oluşan materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- C. Kablo son derece esnek olmalı, büküldüğünde kırılmaması için özel bir korumaya sahip olmalıdır.
- D. Teklif edilecek kablolar ameliyathanemizde bulunan elektrokoter ve bipolar uçlarla uyumlu olmalıdır.
- E. Kablo iç demetleri bakır ve gümüş alaşımından oluşmalı , son derece iletken bir özellikte olmalı, hassas ayarlarda daha iyi sonuç alınabilmelidir.
- F. Kablolar tekrar kullanılabilir özellikte olmalı 134 derece buhar otoklav yöntemiyle sterilizasyona uygun yapıda olmalıdır.
- G. Cihaza takılan kısımları takıp-sökme esnasında bir zarar görmemesi açısından son derece sağlam olmalıdır. Sabit sokete sahip olmamalı, kutuplar arası mesafe ayarlanabilmeli, istenilen cihazla kullanılabilmelidir.
- H. Forseps takılan ucu , forseps sıkı sıkıya oturmalı, kolayca çıkmamalıdır . uç kısmı 20 derece açılı olmalı, bu sayede forseps tutulurken kablo tutuşa engel olmamalıdır.
- İ. Bipolar forseps kablolarının ucu ameliyathanemizde bulunan iğne girişli bipolar forseplere uyumlu olmalı ve pin girişlerine esneme yapmadan tam oturmalıdır.

Ahmet ARAS

Taşlıca Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Nursefa TAŞDEMİR
Kalite Direktörü

Nursefa Taşdemir

Elvan 18/12
Dağınbana Sorumlusu
[Signature]