

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.05.2025

Sayı: 470
Konu: FLEXİBLE ÜRETERORENOSKOP (TEK KULLANIMLIK) ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FLEKSİBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEK KULLANIMLIK DİJİTAL FLEXIBLE ÜRETERORENOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2) Endoskopun distal ucunda dual LED lamba ve CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip olmalıdır.
- 3) Görüş yönü 0°, görüş açısı 110° olmalıdır.
- 4) Alan derinliği 3-100 mm olmalıdır.
- 5) Çalışma uzunluğu 670 mm olmalıdır.
- 6) Toplam uzunluğu 920 mm olmalıdır.
- 7) Defleksiyon açısı aşağı/yukarı 275°/275° olmalıdır.
- 8) Endoskop distal uç dış çapı kalınlığı 9.6 Fr. olmalıdır.
- 9) Çözünürlük oranı en az 400(H)*400(v) olmalıdır.
- 10) Kanal çapı 3.6 Fr. olmalıdır.
- 11) Aspirasyon-İrrigasyon kanalı bulunmalıdır.
- 12) Sıvı girişine karşı koruma standardı IPX2 olmalıdır.
- 13) Ayarlanabilir lazer çalışma kanalı bulunmalıdır.
- 14) Seviye kilidi sayesinde herhangi bir defleksiyon açısında kilitleme imkanı sunabilmelidir.
- 15) Flexible urs üzerinde fotoğraf ve video kaydı alınabilmek için tuş bulunmalıdır.

DİJİTAL FLEXIBLE URETERO-RENOSKOP KAMERA ÜNİTESİ

Sistem; Tek kullanımlık Flexible Uretero-Renoskop ve çok kullanımlık Video Prosesör'den oluşmalıdır.

Video Prosesör özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- 1) Çok kullanımlık olmalıdır.
- 2) 100-240 VAC şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
- 3) Aynı marka flexible ureterorenoskop, flexible sistoskop, flexible bronkoskop ile kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 4) Beraberinde verilecek olan görüntü aktarım kablosu ile flexible ureterorenoskop dan alınan görüntüyü işleyebilmelidir.
- 5) DVI 1, DVI 2, VGA, HD-SDI dijital sinyal çıkışları bulunmalıdır. Bu çıkışlar sayesinde herhangi bir harici medikal monitörden görüntü alınabilmelidir.
- 6) Prosesör üzerindeki tuş sayesinde beyaz dengesi (White balance) ayarı yapılabilirdir.
- 7) Prosesör üzerindeki tuşlar sayesinde fotoğraf ve video kaydı alınabilmeli, görüntü dondurulabilmeli (freeze), parlaklık %20,%40,%60,%80,%100 olarak ayarlanabilmeli ve zoom yapılabilirdir.
- 8) Prosesör üzerinde beyaz ayarı yapılabilmesi için bir tuş bulunmalıdır.
- 9) Prosesör üzerindeki OSD tuşu sayesinde ekrandaki görüntü çerçevesi sekizgen, dairesel ve panoramik olarak ayarlanabilmelidir.

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164658
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Uğur AYDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 161322
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Kâşhan TARIM
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 207715

- 10) Prosesör 16 gb dahili saklama alanına sahip olmalı, extra saklama alanı istenildiğinde usb girişı bulunmalıdır ve harici kayıt alınabilmeli aynı zamanda processore alınan kayıt usb'ye aktarmaya imkan sağlamalıdır.
- 11) Prosesör üzerinden alınan kayıtlarda her hasta için ID tanımlaması ile depolama klasörü oluşturabilme imkanı sağlayabilmelidir. Oluşturulabilecek toplam kimlik uzunluğu en az 15 harf kapasitesine sahip olmalıdır.
- 12) Prosesör üzerinde fotoğraf ve video kayıtlarını oynatmak/duraklatmak için fonksiyonel tuş bulunmalıdır.
- 13) Yukarıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet prosesör ve tamamlayıcı aksesuarları mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile ürünler bitene kadar sağlık tesisine kullanım amaçlı bırakılacaktır.

Uzm. Dr. Uğur AYDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 161322
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 164658
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Uzm. Dr. Kayhan TARIM
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 207715