

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.05.2025

Sayı: 489

Konu: KIST HİDATİK VE LATEX KİTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STAPHYLOCOCCUS/SLİDE LATEX TEST KİTİ			300	test		
2	KIST HİDATİK (EKİNOKOKUS GRANULOSUS) (İNDİREKT)			200	TEST		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1. KISIM STAPHYLOCOCCUS AUREUS LATEKS TEST KİTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Lateks aglütinasyon prensibi ile çalışmalıdır.
- Primer izolasyon sonrası şüpheli kolonide koagülaz ve Protein A varlığını tespit edebilmelidir
- Pozitif ve negatif kontroller ve testin çalışması için gerekli slide, karıştırıcı gibi sarf malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
- Son kullanım tarihi ürünün teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajı içinde olmalıdır. Üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve üretici bilgileri olmalıdır.
- Saklanması ve taşınmasında soğuk zincire uyulmalıdır.
- Teklif ile birlikte ürün ile ilgili tüm bilgileri içeren tanıtıcı broşür teslim edilmelidir.
- Teklif kabul aşamasında numune gönderilip doğruluğu saptandıktan sonra kabul edilecektir.

2. KISIM KİST HİDATİK (ECHINOCOCCUS GRANULOSUS) (İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON) TEST İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Echinococcus granulosus (kistik ekinokokkozis) serolojik tanısından kullanılacak indirekt hemaglütinasyon testi olmalıdır.
2. Antijen kaplı eritrositler ve kontrol eritrositleri kullanılma hazır olmalıdır.
3. Kit içerisinde U tabanlı 96 çukurlu sulandırma plağı bulunmalıdır.
4. 2-8 C'de son kullanım tarihine kadar saklanabilmelidir.
5. Kit üzerindeki lot ile reagent lot numarası uyumlu olmalıdır.
6. Test için gerekli malzemeler (pozitif ve negatif kontrol serumları vb) kit içerisinde bulunmalıdır.
7. Numuneler 4 dilüsyon olarak çalışılacaktır.
8. Çalışmadığı tespit edilen kitler firma tarafından ücret talep etmeden yeni kitle değiştirilmelidir.
9. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birisine ve ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Testlerin miadı, teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
11. Testlerin kullanım süresince tüketim hızının yavaşlaması veya başka bir nedenle miadının yaklaşması halinde ilgili firmaya en geç 3 (üç) ay öncesinden bildirilmesi halinde açılmamış ambalajları uzun miadlı olanları ile (en az 12 ay) ile ücretsiz olarak eşit sayıda değiştirilecektir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzm. Dr. Emine KORKMAZ
Dip. Tes. No: 160972

STAPHYLOCOCCUS AUREUS Lateks test kiti ihale numunesi olarak bize gelmiştir denem amaçlı olarak kullandığımızda çok pratik olduğunu gördük sonuçlar 1 gün gecikmesi engellenmekte ve ucuz olduğu için maliyet etkin olacağını düşündüğümüzden dolayı doğrudan temine çıkıyoruz .

Kist Hidatik (*Echinococcus Granulosus*) (İndirekt Hemaglutinasyon) Testi içinde normalde ELISA yöntemiyle çalışabilecek test kiti için ihalemiz bulunmaktadır. Fakat pozitif çıkan sonuçların doğrulanması için indirek hemaglutinasyon yöntemi kullanılmalıdır bunun için doğrudan temine çıkıyoruz

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzm.Dr.Emine KÖRKMAZ
Dip. Tes. No: 150972