

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.05.2025

Sayı: 487
Konu: ENDOSKOPİ AĞIZLIĞI (YETİŞKİN) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİK AĞIZLIK TEK KULLANIMLIK YETİŞKİN			800	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ŞARTNAME

ENDOSKOPI AĞIZLIĞI YETİŞKİN (LASTİKLİ)

- Ağızlık Ağız anatomisine uyumlu olmalıdır.
- Ağızlık değişik çap ve ölçülerdeki endoskopların geçişini rahat sağlayacak özellikte olmalıdır.
- Ağızlık diş ve damağı tahriş etmeyecek yapıda silikon kaplı olmalı. Hastanın diş ve damak yapısına zarar vermemelidir.
- Ağızlıklar net pürüzsüz kevrmiara sahip olmalı herhangi bir çapak ve pürüz atmamalıdır.
- Ağızlık üzerinde kafa yapısına uyumlu ergonomik lastik olmalı ve her kafa yapısına uyum sağlayabilmesi için lastik üzerinde değişik ölçü ayarları olmalıdır. Lastik lateks içermemelidir kumaş lastik olmamalıdır.
- Ağızlık üzerinde sabitlemek için lastik aparat olmalıdır lateks içermemeli.
- Ağızlık üzerindeki lastikler aparat sağlam olmalı ve esneyebilmelidir.
- Ağızlık yetişkinlerin ağız ölçüsüne uygun olmalıdır
- Ağızlık steril olmalıdır. CE Belgesi olmalıdır.
- Ağızlık ambalajında lot numarası ve son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır - Ambalaj üzerinde ürünün barkodu ve UBB no su yazılı olmalıdır.
- Ağızlık kutularda olmalıdır.
- T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Kayıtlı ve Ürünlerde Sağlık Bakanlığı - Tarafından Onaylıdır İbaresini Olmalıdır



Dilşah SALT
