

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.05.2025

Sayı: 481

Konu: CERRAHİ MOTOR İÇİN BATARYA GÜÇ KUTUSU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Siz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ELEKTRİKLİ KESİCİ VE DELİCİ MOTOR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA KUTUSU			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BATARYA-GÜÇ KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) Batarya-güç kutusu içersinde hem Lithium-lon tipi pil hücreleri hem de motor bir arada bulunmalıdır.
- 2.) Batarya güç kutusu en az 14.8 Volt gücünde ve en az 2500 mAh kapasiteye sahip olmalıdır.
- 3.) Kullanım öncesinde ve kullanım sırasında elcek üzerindeki pencereden batarya üzerindeki LCD ekrandan bataryanın doluluk oranı görülebilmelidir.
- 4.) Batarya-güç kutusu üzerindeki LCD ekrandan kullanım, arıza bildirimleri ve kullanım süresi gibi batarya ile ilgili bilgiler görülebilmelidir.
- 5.) Batarya-güç kutusunun ağırlığı 550gr dan fazla olmamalıdır.
- 6.) Batarya-güç kutusunun uzun ömürlü ve yüksek performanslı çalışması açısından içerisinde bulunan motor, fırçasız motor olmalıdır.
- 7.) Batarya-güç kutusu motor, elektronik kart ve tüm elektronik bileşenleri içeren bir yapıda olmalıdır.
- 8.) Batarya- güç kutusunun batarya kısmının garanti süresi en az 6 ay olmalıdır.
- 9.) Teklif edilen ürünün UBB/ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- 10.) Ameliyathanemizde mevcut Aygün marka Karınca 206 model cerrahi motor elçeklerine uygun olmalıdır.


Fikret DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu


Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi


AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ŞETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri