

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.05.2025

Sayı: 479
Konu: IŞIKTAN KORUMALI UZATMA HATTI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	IŞIĞA DİRENÇLİ UZATMA HATTI 120CM M/F			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

UZATMA HATTI (800 PCI)120 CM. BASINCA DAYANIKLI IŞIĞA DUYARLI M/F TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Uzatmalar basınca dayanıklı ve ışığa duyarlı olmalıdır.
- 2) Uzatmalar (800 PSI) basınca dayanıklı olmalıdır.
- 3) Uzatma 3.0x4.1 mm ve ucu M/F uçlu olmalıdır.
- 4) Uzunluğu en az 120 cm olmalıdır.
- 5) Malzemeler teker teker steril paketlerde ve en fazla 100 adet ihtiva eden kutularda olmalıdır.
- 6) Steril paketlerde paketlenmiş, non-pyrogenik olmalıdır.
- 7) Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
- 8) Teklif veren firmalar 2 şer adet numune verecektir.
- 9) Hangi maddeden yapıldığına ilişkin belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 10) M/Folan her iki ucunda koruyucu kapaklar olmalıdır.
- 11) Ürün raf teslimi olmalıdır.
- 12) Ürün raf tesliminden itibaren en az 2 yıl son kullanım tarihi olmalıdır.

AGRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UZM. DR. AHMET EMİN KORKMAZ
DİP.TESCİL NO: 181577

Wray To 4