

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.05.2025

Sayı: 501
Konu: ÜROLOJİ BİRİMİ İÇİN 9 KALEM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CERRAHİ MAKAS			3	Adet		
2	DOKU MAKASI			2	Adet		
3	PORTEGÜ			2	Adet		
4	PENSET DIŞSİZ			2	Adet		
5	ADSON PENSET DIŞLI DÜZ			2	Adet		
6	CERRAHİ KLEMP DÜZ			2	Adet		
7	BİSTÜRİ SAPI NO:3			2	Adet		
8	BÖBREK KÜVET (ÇOK KULLANIMLIK)			2	Adet		
9	METAL KAP			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır.
- Aletler yüksek karbon ve krom alaşımlı 400 Serisi veya dengi kalite paslanmaz çelikten üretilmelidir. Bu durum üretici firmanın beyanı ile belgelendirilmelidir.
- El aletleri her haliyle orijinal olmalıdır ve komisyonca beğenilir olmalıdır.
- Her tipi her türlü sterilizasyon şartında paslanmayacak yapıda olup standartlarda belirtilen korozyon testine uyarlık gösterecektir.
- Alet yüzeyi ve polisajı kir, leke barındırmayacak şekilde düzgün ve kusursuz olmalıdır.
- Aletler 134⁰C'de otoklavda steril edilmelidir. Sterilizasyon esnasında deforme olmamalı ve kararmamalıdır.
- Aletler en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve tüketici temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakımı onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Aletlerin onarımı mümkün değilse yenisiyle değiştirilmelidir. Bu garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.
- Aletlerin hepsi teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımalıdır. Fakat aletlerin genel özellikleri ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde, daha üstün özellikler taşıyan yeni veya değişik versiyonu ve boyutu $\pm\%3$ farklı aletler de teklif edilebilir.
- Ürün orijinal ambalajında markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.
- Teklif sahipleri, aletlerin ihale listesi sırasına göre sıra no, tekli edilen ürün kod no, teklif edilen marka, teklif ettikleri markanın katalog numarası ve katalog sayfa numarasını belirtir listeyi teklifle beraber vereceklerdir. Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması ya da özel üretim, benzeri gibi ibarelerle belirtmesi durumunda firmanın teklifi değerlendirme dışında kalacaktır
- Ürün numunesi komisyon tarafından değerlendirilecektir
- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Değerlendirilmek üzere 1 adet ürün numunesi bırakılacaktır.

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164658
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Uğur AYDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 161322
AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

CERRAHİ DOKU MAKASI (MEDSON)

- İki ucu da sivri olmalıdır.
- Makas tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldığında uç kısımları bir noktada birleşmelidir.
- Cerrahi doku makası kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
- Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
- Aletler hekimin kolay kullanabileceği şekil ve özellikle ve ergonomik olmalıdır.
- Cerrahi makas 15 cm olmalı ve sivri uçlu olmalı.
- Cerrahi makas fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.

CERRAHİ MAKAS (İP)

- Cerrahi makas fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
- Cerrahi makas kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
- Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
- Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.
- Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.

PORTEGÜ

- Portegü tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldığında ağızları birbirine aralıksız oturmalıdır.
- Kullanım sırasında eğilme ve deformasyonlar gelişmemelidir.
- 15 cm boyunda olmalıdır.

ADSON PENSET – PENSET (DİŞSİZ)

- Penset in uçları tırtıklı olmalıdır.
- Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık bırakılmadan birbirine geçmelidir.
- Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.
- Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır.
- Penset; düz, sivri ve 12 cm ebatlarında olmalıdır.

KLEMP

- 14 cm boyutunda olmalıdır.
- Klemp tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldığında ağızları birbirine aralıksız oturmalıdır.
- Ucu düz olmalıdır.

Uzm. Dr. Çağrı COSKUN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164658
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Uğur AYDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 161322
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BİSTÜRİ SAPI

- NO:3 olmalıdır.
- 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
- Bistüri takmak için çentigi olmalıdır.
- Her numara bistüri ucuyla uyumlu olmalıdır.

KAPAKLI ÇELİK KÜVET

- Kapaklı küvet 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Preslenmiş yapıdan oluşmalıdır.
- Polisaj ile parlatılmış olmalıdır.
- Kapaklı küvet ölçüleri 16x25x4 h cm olmalıdır.
- Kapak üzerinde elle kolay kaldırılabilmesi için tutmaç bulunmalıdır.

CERRAHİ ÇELİK TAS

- Tas 0.60mm kalınlıkta olmalıdır.
- Tas 500-1000cc kapasiteli ve yuvarlak olmalıdır.
- Cerrahi tas 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Preslenmiş yapıdan oluşmalıdır.
- Polisaj ile parlatılmış olmalıdır.

SIRA	ADI	MİKTARI
1	CERRAHİ DOKU MAKASI (MEDSON)	2 ADET
2	CERRAHİ MAKAS (İP)	3 ADET
3	PORTEGÜ	2 ADET
4	PENSET (ADSON)	2 ADET
5	PENSET	2 ADET
6	KLEMP	2 ADET
7	BİSTÜRİ SAPI	2 ADET
8	KAPAKLI ÇELİK KÜVET	2 ADET
9	CERRAHİ ÇELİK TAS	2 ADET

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164658
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Uğur AYDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 161322
AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ