

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.05.2025

Sayı: 503

Konu: İŞİKTAN KORUMALI ARA BAĞLANTI SETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KEMOTERAPİ UYGULAMA BAĞLANTI SETİ			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İŞIKTAN KORUMALI ARA BAĞLANTI SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilen ürün steril ambalajında tek kullanımlık olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün kemoterapi kliniğinde kullanılmak üzere çoklu infüzyon setine kilitlenecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün her türlü serum girişine uygun yapıda olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün üzerinde bir adet Kapalı Sistem İlaç Transfer Konnektörü (Luer Lock Konnektör) bulunmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün konektörü enjektör veya ünitesinin girişine uygun yapıda olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün kullanım sırasında tam kapalılığı sağlamalıdır.
7. Teklif edilen ürün enjektör ünitesindeki ilaç verilış sırasında açılmalıdır.
8. Teklif edilen ürün ilaç güvenliği açısından ışık geçirmez yapıda olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün grubun diğer ürünleri ile uyumlu olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün DEHP içermemelidir.
11. Teklif edilen ürün UBB tıbbi cihaz kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün bir adet numunesi görülüp onay verildikten sonar temini yapılmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Tuncay KOÇ
Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzm.
Dip. Tes. No. 162414

Abd. Kır.kom
(Sorumlu Ebe)

Gerekçe

Kemoterapi ünitesinde ilaç verilmesinde kullanılıp ilaçların hastalara uygulanması için gerekli ışıık korumalı olması gerekmektedir. Kemoterapi ara bağlantı seti itk ile temin edilip dmo ve diğer alımlarda bulunmamaktadır. Elimizde son 300 adet kalmıştır. Günde 40 adet kullanılmaktadır. stoklarımızın kritik seviyeye ulaşmadan temini gerekmektedir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Tuncay KOÇ
Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzm.
Dip. Tes. No. 162414



Haldun Kırıkcıoğlu
(Sorumlu Ebe)