

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.05.2025

Sayı: 504

Konu: YENİDOĞAN PREMATÜRE AMBU SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AMBU SET REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) SİLİKON YENİ DOĞAN			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PREMATÜRE VE YENİDOĞAN AMBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Çok kullanımlık olmalıdır.
- 2.O2 bağlantı yeri,oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası,rezervuar valfi olmalı.
- 3.5 adet pvc ağız maskesi olmalı,prematüre ve yenidoğan için ayrı 2 boy şeklinde.
- 4.Ambu cihazı kullanımı,teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren Türkçe kitapçığı bulunmalı.
- 5.Kolay yırtılmamalı,patlamamalı,kırılmamalı.
- 6.Pvc'den yapılmış olmalı.
- 7.Ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli.
- 8.Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı.
- 9.Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı,fakat özel kilitleme sistemiyle ayrılabilmeli.
- 10.Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan ,taşınabilir çanta içinde olmalı.
- 11.Basınç kapasitesi 40 ± 5 cm H₂O olmalı.
- 12.Basınç 40 cm H₂O'yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı.
- 13.Ambu balon kapasitesi için,
- 14.Rezervuar torbası kolay yırtılmamalı.
- 15.Rezervuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı,bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı.Temizliği için çıkarılabilir olmalı.
- 16.Rezervuar torba kapasitesi 600ml.
- 17.Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı.
- 18.Rezervuarların altında ek oksijen giriş yeri olmalı.
- 19.ISO,CE,EN vb.belgelerden birine sahip olmalı.
- 20.Prematüre ve yenidoğan bebeklerin de kullanımına uygun olmalıdır.
- 21.Barotravmaya yol açmayacak yapıda olmalı.
- 22.Tek yönlü güvenlik valfi içermeli,aşırı basınçtan koruyan valf bulunmalı.
- 23.Balon hacmi 250 ± 25 ml
- 24.Sıkma hacmi 150 ± 15 ml olmalı
- 25.Taşıma çantası ile pediatrik maske ve balon seti halinde verilmelidir.

NOT: 1 Adet örnek numune gönderilmesi rica olunur.

Nuray Tok

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzman Dr. Nihal TOPBAŞ
Cerrahi ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 153785