

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

30.05.2025

Sayı: 25

Konu: 12 AYLIK KOMPRESÖR BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI (PARÇA DAHİL)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.06.2025 saat: 10:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILGI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	12 AYLIK KOMPRESÖR BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI(PARÇA DAHİL)			12	Ay		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

KURU HAVA KOMPRESÖRÜ-VAKUM MOTORLARI HAVA KURUTMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 3 adet kuru hava kompresörü, 3 adet vakum motoru ve 1 adet kuru hava kurutma ile filtre sisteminin 1 yıllık, yılda 6 kez (2 ayda bir) malzeme dahil bakım onarım hizmet alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1.** Bahse konu sistemler Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bünyesinde kullanılmaktadır. Aşağıda listelenmiş olan sistemlerin, 1 yıllık yılda 6 kez olmak üzere malzeme dahil bakım onarım işi yapılacaktır.
- 2.2.** Bakım onarım talep edilen sistemlerde; Kuru hava kompresörlerinin ve vakum motorlarının, hava, seperetör, yağ filtrelerinin ve yağının düzenli olarak değişim ve kontrolü yapılacaktır. Kuru hava kurutma ve filtre sistemleri sorunsuz çalışır hale getirilecektir.
- 2.3.** Bakım onarım işlemleri sırasında ihtiyaç duyulan malzemeler teknik servis tarafından listelenerek idareye sunulacak, idarece temin edilecek malzemeler, işi alan yüklenici firmaya teslim edilerek değişimi ve onarımları sağlanacaktır. Sistemlerden çıkan eski parçalar hastane teknik birimine teslim edilecektir.
- 2.4.** Periyodik bakım onarım tarihleri dışında oluşabilecek arızalar, 7 gün 24 saat olarak yüklenici firma tarafından müdahale edilerek onarılacaktır.
- 2.5.** Telefon veya mail yoluyla yüklenici firmaya iletilen arızalara, en geç 6 (altı) saat içinde müdahale edilecektir.
- 2.6.** Bahse konu cihazlar aşağıda listelendiği gibidir.

3 adet Dalgakıran 15 kw vidalı hava kompresörü

3 adet Zinisan 4 kw vakum motoru

4 adet kuru hava filtre sistemi

1 adet kimyasal tip hava kurutma sistemi

3 BELGELER

3.1 Yukarıda belirtilen iş ile alakalı teklif verecek olan firmalar, Madde 2/6 da bildirilen cihazların bakım onarımı için yetkili olduklarına dair belgeleri teklifle beraber hastaneye sunmak durumundadır. Yetkili teknik servis belgesi sunmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

Emrah SABUNCU
Teknisyen

Atilla DÖĞÜT
Teknisyen

Murat KILIÇ
Adriyen

4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane teknisyenleri ve hastane idaresinin hazır bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

5.YAPILACAK BAKIMDA KULLANILCAK PARÇALAR

5.1 Kompresör cihazı için:

- Seperatör filtresi 3 adet
- Yağ filtresi 3 adet
- Hava filtresi 3 adet
- Polen filtresi 3 adet
- Yağ 40 lt
- Kayış 3 tkm (9 adet)
- Kompresör vida gurubu, emiş valf grubu ve diğer yerlerde yer alan klingrit conta, oring takımı, ve conta takımları komple her cihaz için ihtiyaç vardır 3 takım

5.2 Kimyasal Kurutucu Cihazı İçin: (2 rampadan oluşmaktadır. 2 rampa için de bakım ve parça istenmektedir.)

- aktif alümina 2 rampa için 110 litre
- shuttle valf topu 2 takım
- susturucu filtre 4 adet
- conta takımı 2 takım
- Kimyasal Kurutucu sistemleri için giriş-çıkış-karbon hat filtreleri CF030-SCF030SERİSİ 3***LT/MİN kapasiteli 6 takım
- Kimyasal Kurutucu sistemleri için giriş / çıkış-karbon hat filtreleri go150my-ad-sge-w-7016 model seriden 6 takım
- hat filtresi tahliye şamandırası 2 takım

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Emrah SABUNCU
Teknisyen

Atilla SÖĞÜT
Teknisyen

M. Mustafa KILIÇ
Teknisyen