

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.05.2025

Sayı: 505

Konu: EMG BİRİMİ İÇİN YÜZÜK ELEKTROD VE YÜZEYEL KAYIT ELEKTRODU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.06.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                 | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|-----------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | EMG YÜZÜK ELEKTROT          |          |     | 2      | Adet   |              |              |
| 2            | EMG YÜZEYEL KAYIT ELEKTRODU |          |     | 3      | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                             |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## EMG YÜZEYEL KAYIT ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

- 1-Teklif edilecek ürün, hastanemizde mevcut sistem olan Nihon Kohden Marka EMG Cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 2- Elektrot cihaz giriş soketi 5 pin pole tipi ve plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 3-Anot ve katot ayrı renkle ayırt edilmiş olmalıdır.
- 4-Elektrot hasta bağlantı kırmızı ve siyah renkli olmalıdır ve 2 adet Ag/AgCl disk tipinde 1cm çapında olacaktır.
- 5- Flexible kabloya sahip olmalıdır ve uzunluğu en az 1,4 metre olmalıdır.
- 6- Kablo en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- 7- Teklif verecek firmanın Nihon Kohden marka EMG cihazları için tek yetkili olduğunu gösteren belgesi mevcut olmalı ve bu belgeyi teklif ile birlikte idareye sunmalıdır.

**Eyüp KARTAL**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

**Elif Esma UĞUZ UYGUN**  
Biyomedikal Müfettişi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. İsmail ERDİL  
Klinik Neurofizyoloji Uzmanı  
Din.Tes.No: 161222 - Perm.Tes.No: 161222

## EMG YÜZÜK ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilcek ürün hastanemizde mevcut sistem olan Nihon Kohden Marka EMG Cihazının orijinal parçası olmalıdır.
2. Elektrot cihaz giriş soketi 5 pin pole tipi ve plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Elektrot hasta bağlantısı kırmızı ve siyah renkli olmak üzere 2 adet sert yay tipi paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Elektrot kırılmaya dayanıklı fleksible kabloya sahip olmalı ve uzunluğu en az 1,5metre olmalıdır..
5. Teklif verecek firmanın Nihon Kohden marka EMG cihazları için tek yetkili olduğunu gösteren belgesi mevcut olmalı ve bu belgeyi teklif ile birlikte idareye sunmalıdır.

**Elif Esma UĞUZ UYGUN**  
Biyomedikal Mühendisi

**Uzm. Dr. İsmail TATLIDİL**  
Klinik Nörofizyoloji Uzmanı  
Bsp.Tec.No:143078 - Uzm.Tec.No:161222

**Eyüp KARTAL**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri