



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-278160986
Konu : Teklife Davet

04.06.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **RADYOLOJİ BİRİMİ İÇİN 3 KALEM KORUYUCU MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **12/06/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KORUYUCU MALZEMELER ,KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN(ETEK VE YELEK -PALTO TİPİ)	ADET	2		
2	KORUYUCU MALZEMELER ,KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN(TİROİD- STERNUM)	ADET	2		
3	KORUYUCU MALZEMELER ,KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN(ETEK VE YELEK -PALTO TİPİ)	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 54ED5DEB-2E7F-4CF6-BE4A-025E08BE9AB0

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 54ED5DEB-2F7F-4CF6-BE4A-025E08BE9AB0

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No:



KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KURŞUN ÖNLÜK ÜST VE ALT OLMAK ÜZERE YELEK VE ETEK ŞEKLİNDE İKİ PARÇADAN OLUŞMALIDIR. İSTENİRSE YALNIZ ÜST VEYA ALT KISMI KULLANILABİLMELİDİR. KURUMUN VE KULLANICININ TALEBİ ÜZERİNE TEK PARÇA MODELLERDE TEMİN EDİLEBİLMELİDİR.
- KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 mm Pb ve Arka Tarafta 0,25 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- ÖNLÜKLER TAM KORUMA MODEL OLMALIDIR. ÜST ÜSTE GELEN KISIMLAR ÖNDE VELCRO SİSTEMİ İLE YAPIŞTIRILMALIDIR. ÖNLÜĞÜN KULLANIMI KOLAY OLMASI İÇİN BEL DESTEK KEMERİ ÖNLÜK ÜZERİNDE BULUNMALIDIR. ÖNLÜK ÜZERİNDE YAN CEP BULUNMALIDIR.
- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN VE İNCE BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL, ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
- KURŞUN ÖNLÜK YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERYAL KULLANILMAMALIDIR.
- KURŞUN ÖNLÜKLERDE KULLANICININ RAHATLIĞI İÇİN OMUZ KISMINDAKİ BASINCI AZALTAN OMUZ PEDİ BULUNMALIDIR.
- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAŞ KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR. KURŞUN ÖNLÜĞÜN GÜVENLİK STANDARTLARI GEREĞİ ÖN YÜZÜNDE DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR. KURUMUN VE KULLANICININ TALEBİ ÜZERİNE ÖNLÜĞÜN İÇ KISMINDA DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR.
- ÖNLÜĞÜN EBATLARI KULLANICILAR TARAFINDAN SEÇİLMELİ VE KULLANICILARIN VUCUTLARINA UYGUN OLMALIDIR. BU DOĞRULTUDA ÜRÜN SAĞLAYICI FİRMA XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL BEDENLERİNDE ÜRÜN TEDARİĞİ SAĞLAMALIDIR.
- ÖNLÜK ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI 2016/425 EU REVİZYONUNA UYGUN ŞEKİLDE (CE0120) BULUNMALIDIR.
- KORUYUCU KURŞUN MATERYALIN GEÇİRGENLİĞİNİN VE KURŞUN EŞDEĞERİNİN EN 61331-1:2002 TEST STANDARDINA UYGUN OLDUĞU BELGELENDİRİLMELİDİR.
- FİRMA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU'NUN (TİTCK) 15.05.2014 TARİH 29001 SAYILI TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMENLİĞİNDE BELİRTİLEN "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" Nİ SUNMALIDIR. YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- KORUYUCU MATERYALE İLİŞKİN HAMMADDE ÜRETİCİ FİRMANIN TEST RAPORU OLMALIDIR. KURŞUN ÖNLÜĞÜ ÜRETEK FİRMANIN ÜRÜNLERİN TESTİNE İLİŞKİN TEST RAPORU SUNMALIDIR BUNUNLA BİRLİKTE KORUYUCU HAMMADDEYE İLİŞKİN DE HAMMADDE ÜRETİCİSİNDEN ALINMIŞ TEST RAPORU SUNULMALIDIR.
- İTHAL GELEN ÜRÜNLERDE ALINACAK OLAN ÜRÜNLERİN SAHTE ÜRETİMİN ENGELLENMESİ, YURTDIŞINDA BAYILIK ALINIP SONRA BURADA ÜRETİLEREK İTHAL OLARAK GÖSTERİLMEME ÇALIŞILAN, ALMAN MALI VEYA BAŞKA ÜLKE MALI GİBİ GÖSTERİLEREK TÜRKİYEDE KAÇAK YOLLARLA ÜRETİLEN VE BAŞKA İSİMLERDE SATILAN ÜRÜNLERİN ENGELLENMESİ İÇİN İTHAL ÜRÜN VERİLECEKSE ALIMA İLİŞKİN İTHALAT BEYANNAMESİ SUNULMALIDIR. İTHALAT BEYANNAMESİNİN İTHAL TARİHİ İLE İTHALATI YAPILAN ÜRÜNÜN SATIŞ TARİHİ ARASINDA KABUL EDİLEBİLİR BİR SÜRE OLMALIDIR.
- KURŞUN ÖNLÜKLERDE RENK SEÇENEĞİ OLMALIDIR. KULLANICI TALEP HALİNDE RENK SEÇENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA RENK SEÇEBİLMELİDİR. KURŞUN ÖNLÜKLERE İLİŞKİN KUMAŞ SEÇENEĞİ OLMALIDIR. KULLANICI, TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÜRÜNÜ OXFORT, POLİÜRAN PU, HİDROFOBİK, ANTİBAKTERİYEL İSTEYEBİLMELİDİR. ÜRÜNÜN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KUMAŞLA İLGİLİ TEKNİK BELGE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
- X RAY KORUYUCU KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ (01 MAYIS 2019 TARİHLİ VE 30761 SAYILI RESMİ GAZETE, YENİ RGÜLASYON (AB) 2016/425 X KİŞİSEL KORUYUCU YÖNETMENLİĞİNE GÖRE ÜRETİLMİŞ VE BELGELENDİRİLMİŞ OLMALIDIR. KORUYUCU ÖNLÜKLERE İLİŞKİNE ONAYLANMIŞ KURULUŞTAN ALINMIŞ MODÜL D VE MODÜL B BELGESİ TESLİMAT ÖNCESİ

Radyoloji Teknikeri

Rojhan Erdem

Yunus

Radyoloji Teknikeri

Caner Akbaş

C. Çarık

Radyoloji Teknikeri

Hava Nur Bilgin

İhtilaf

KURUMA SUNULMALIDIR. KURUMUN BELGELENDİRME FİRMASINA SORGULAMA HAKKI OLDUĞUNU BELGEYİ SUNAN FİRMANIN BİLMESİ VE SONUÇLARINI KABUL ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

- ÜRÜNLERE İLİŞKİN ESKİ STANDARTLAR DOĞRULTUSUNAD ARTİCEL 11 A ARTİCEL 11 B BELGESİ SUNULMAMALIDIR. BU BELGELER GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLUP, YENİ REVİZYONA GÖRE BELGELENDİRİLMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI İÇİN BELGELER SUNULMALIDIR.
- ÜRÜNÜN ÜRETİMİNE AİT TAEK ONAY VE TEST RAPORLARI OLMALIDIR. BUNU İSTENİLDİĞİNDE SUNMALIDIR.
- ÜRÜNE İLİŞKİN ÜRETİM KOŞULLARI ISO 9001:2008 STANDARTLARINDA OLMALIDIR VE BU STANDARTLARDA OLDUĞUNA İLİŞKİN BELGE SUNMALIDIR.
- ÜRÜNÜN ÜRETİMİNE İLİŞKİN AKREDİTE OLMUŞ KURUMDAN ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN RADYASYON KORUYUCU ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE İLİŞKİN OHSAS 18001:2007 BELGESİ OLMALIDIR.
- SATICI FIRMA ÜRÜNLERE İLİŞKİN KURUMUN İSTEMESİ HALİNDE DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞLERE İLİŞKİN İŞ DENEYİM BELGESİ VEYA REFERANS SUNMALIDIR.
- KULLANIMI KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR. ÖNLÜĞÜN BİYELERİ SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- ÜRÜNÜN İÇİNE VE DIŞINA TELEP EDİLECEK İSİM VEYA NUMARA ETİKETİ DİKİLEBİLMELİDİR.
- KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FIRMA 2(Kİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.

Diyalogji Teknikeri

Doğru Ender

Yeni

Radyoloji Teknikeri

Caner Akbaş
C. Çarşı

Radyoloji Teknikeri

Havenur Bilgin
Flüt

Troid Koruyucu Şartnamesi

1-TROID KORUYUCU RADYASYONA KARŞI 0,50 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR.
BU ŞARTI SAĞLADIĞINA DAİR TENMAKRAPORU OLMALIDIR

2-ÜRÜN SAĞLIĞA ZARARLI HİÇBİR MADDE İÇERMEDİĞİNE DAİR ULUSLARARASI RoSH BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

3- ÜRÜN TAM KORUMA MODEL OLMALIDIR..

4- ÜRÜNÜN YAŞLANDIRMA TEST RAPORU OLMALIDIR.

5-ÜRÜNE İLİŞKİN ÜRETİM KOŞULLARI İSO 9001:2015 STANDARTLARINDA OLMALIDIR VE BU STANDARTLARDA OLDUĞUNA İLİŞKİN BELGE SUNMALIDIR.

6-ÜRÜNE İLİŞKİN İSO GMP VE CE BELGELERİ KURUMA SUNULMALIDIR.

7-KULLANIMI KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR

8-KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR

9- ÜRÜN ETİKETİNDE MARKA,MODEL NUMARASI,BARKOD,BEDEN VE TEMİZLEME TALİMATI BULUNMALIDIR

10-ÜRÜNÜN ÜRETİM HATALARINA KARŞI FİRMA 2(Kİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.

11. ÜRÜNE AİT ÜBB KAMIT NUMARASI OLMALIDIR.

Radyoloji Teknikeri

Nese KARMEN Akay


Radyoloji Teknikeri

Hava Nur Bilgin


Radyoloji Teknikeri

Caner Akbaş


X RAY KORUYUCU ÇOCUKLAR İÇİN KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR
- 2- ÖNLÜK ÖN KORUMA MODEL OLMALIDIR. ÖNDE ARKADAN ÇAPRAZ GELEN CİRTLİ BANTLARLA KAPANMALIDIR. HASTANENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA CİRTLİ BANT YERİNE İSTENİLDİĞİNDE ÖNDE KAPANAN KEMERLİ SİSTEM YAPILABİLMELİDİR. TERCİHİ KURUMUMUZ BELİRLEYECEKTİR.
- 3- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAŞ RENGİ İLE DIŞ KUMAŞ KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.
- 4- KURŞUN ÖNLÜĞÜN GÜVENLİK STANDARTLARI GEREĞİ ÖN YÜZÜNDE VE İÇ KISMINDA DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR.
- 5- ÖNLÜK ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
- 6- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
- 7- KURŞUN ÖNLÜKLER İSTENİLDİĞİNDE ÖZEL OLARAK ÜRETİLMELİ, ÖZEL KALIP VE EBATLARDA OLABİLMELİDİR. BEDEN ÖLÇÜSÜ ALINARAK BEDENE GÖRE ÖZEL ÜRETİLMELİDİR. SAĞLIKLI VE ERGONOMİK KULLANIM AÇISINDAN.
- 8- KURŞUN ÖNLÜĞÜN YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMALIDIR
- 9- X RAY KORUYUCU KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KULLANIMI KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR VE ÖNLÜK ÖN TARAFIN HER BÖLGESİNDE 0,50 PB KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 10- KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR. ÖNLÜĞÜN BİYELERİ SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- 11- KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.
- 13- KURŞUN ÖNLÜKLERİNİN CE – İSO BELGELERİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR
- 14- KURŞUN ÖNLÜKLERDE RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.
- 15- SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.

Radyoloji Teknikeri

Hava Nur BİLGİN
Hbf

Radyoloji Teknikeri

Neşe EĞMEN AKDOĞ
eş

Radyoloji Teknikeri

Canan Akbaş
C. Çerçöz