

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.06.2025

Sayı: 526

Konu: CRYO CİHAZI TANKI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI SIVI AZOT TANKI 35 - 30,1 LT			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DERMATOLOJİK AMAÇLI

CRYO CİHAZI, SIVI AZOT MUHAFAZA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CİHAZ TAŞINABİLİR OLMALI VE EN AZ 35 lt. SIVI AZOT KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
2. SIVI AZOT AKTARMAK İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SIVI AZOT TANKINA MEKANİK OLARAK MONTE EDİLEBİLMELİDİR.
3. AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE EN AZ İKİ ADET BASINÇ EMNİYET VALFİ VE MANUEL TAHLİYE VALFLERİ MEVCUT OLMALI, TANK İÇERİSİNDEKİ BASINÇ TEHLİKE SINIRINA YAKLAŞTIĞINDA OTOMATİK VALF AÇILARAK, TAHLİYE SAĞLAMALI VE TANKTAKİ BASINCI REGÜLE ETMELİDİR.
4. AKTARMA ÜNİTESİNİN MUSLUĞU SIĞRAMAYI ÖNLEYEN ÖZEL BİR FİLTREYE SAHİP OLMALIDIR.
5. AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE BASINÇ DEĞERİNİ GÖSTERİR BASINÇ MANOMETRESİ OLMALIDIR.
6. AKTARMA ÜNİTESİ ÜZERİNDE 3.CÜ EMNİYET SİSTEMİ OLARAK GERGİLİ YAY SİSTEMİ MEVCUT OLMALIDIR.
7. TANK YÜKSEK GERİLME DİRENCİNE SAHİP PASLANMAZ ÇELİK OLMALIDIR.
8. TÜRKİYE STANDARTLARINA YUGUN OLMALIDIR.
9. CRYO CİHAZI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL ÜCRETSİZ, 10 (ON) YIL ÜCRETLİ BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİ OLMALIDIR.

Beytül SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Uzm. Dr. Hando YELGEN İLYAS
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı
Tic. Sic. No: 170384

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Hando YELGEN İLYAS
Dermatoloji Uzmanı
Tic. Sic. No: 170384