

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.06.2025

Sayı: 527
Konu: Patoloji Laboratuvarı İçin 2 Kalem Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MUCICARMINE HISTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ			100	Test		
2	MASSON TRIKROM (ANİLİNİ MAVİSİ İLE)			100	test		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HAZIR RETİKÜLİN HİSTOKİMYASAL BOYA KİTİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, Patoloji Laboratuvarı'nda konvansiyonel histokimya çalışarak Retiküler lifleri boyamak ve mikroskopta incelemek için kullanılacaktır.
2. Son kullanım tarihi teslim edildikten sonra 24 aydan az olmamalıdır.
3. Her bir kutuda en az **100 testlik** (lamlık) kullanım olmalıdır.
4. Kontrol bloğa ait doku örneğinde çalışacak hassasiyette olmalıdır.
5. Ürünler set halinde teslim edilecektir.
6. Ürün, +4°C ve daha yukarı sıcaklıklarda saklanabilmelidir. Ürünün teslimatı da bu koşullara göre olmalıdır.
7. Uluslararası standartlara uygunluk belgeleri sunulmalıdır.
8. Numune gönderilmelidir; numune denenip uygunluğuna karar verilecektir.
9. Gönderilen ve denenmiş numunenin özelliklerinin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir.
10. Belirtilen özellikleri taşımasına rağmen amacına yönelik kullanımında şartnamenin ilk maddesi ile uyumlu olmayan sorunlar ortaya çıkan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, ürünü başka bir lot ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

MASSON TRICHROME WITH ANILINE BLUE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bir kit seti içinde şu kimyasallar olacaktır:

a. Weigert's iron hematoxylin, A solution	18 ml
b. Weigert's iron hematoxylin, B solution	18 ml
c. Picric acid alcoholic solution	30 ml
d. Ponceau acid fuchsin according to Masson	30 ml
e. Phosphomolybdic acid solution	30 ml
f. Aniline Blue solution	30 ml
2. Ürün, Patoloji Laboratuvarı'nda konvansiyonel histokimya çalışarak farklı dokuları farklı renklerde boyamak ve mikroskopta incelemek için kullanılacaktır.
3. Orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Her kit ile en az **100 testlik** (lamlık) kullanım olmalıdır.
5. İçeriğindeki solusyonlar orijinal rengine sıvı halde ve tortusuz olmalıdır
6. Kullanıma hazır formda olmalıdır.
7. Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır
8. Üretici, ürün içeriği, son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
9. Son kullanım tarihi teslim edildikten sonra 24 aydan az olmamalıdır.
10. Ürün, +4°C ve daha yukarı sıcaklıklarda saklanabilmelidir. Ürünün teslimatı da bu koşullara göre olmalıdır.
11. Uluslararası standartlara uygunluk belgeleri sunulmalıdır
12. Numune gönderilmelidir; numune denenip uygunluğuna karar verilecektir.
13. Gönderilen ve denenmiş numunenin özelliklerinin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir.
14. Belirtilen özellikleri taşımasına rağmen amacına yönelik kullanımında şartnamenin ilk maddesi ile uyumlu olmayan sorunlar ortaya çıkan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, ürünü başka bir lot ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

Uzm. Dr. Erhan EKREN
Dip. no 166829
EER

Uzm. Dr. Nergis ULUDAĞ TASCIOĞLU
Dip. no 206908
Nergis

21.05.2025
Uzm. Dr. Erdem AYIL
Dip. no 158178
Açık Devlet Hastanesi
Erdem