

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.06.2025

Sayı: **538**
Konu: LİZİNLİ LAM ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LİZİNLİ LAM			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

LİZİNLİ LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lam özel bir yapıştırıcı madde olan polysine ile kaplı olmalıdır.
1. Pozitif elektrikle yüklü olmalıdır.
2. Formalinle fikse doku kesitleriyle cam kısım arasında kovalent bağlar oluşturacak ve doku kaybını engelleyecek nitelikte olmalıdır.
3. Frozen ve parafin gömülü dokuların kesitleri, sitosantrifüj örnekleri için kullanıma uygun olmalıdır.
4. Özellikle immünohistokimya çalışmalarında etkili olarak kullanılabilmelidir.
5. İşlemler sırasında dokular lamalar üzerinden dökülmemelidir.
6. Arka plan renkleri oluşturmamalıdır.
7. Lamlar; kimyasallardan, enzim işlemlerinden ve ısıdan etkilenmemelidir.
8. Bir kenarı rodajlı ve beyaz renkli olmalıdır.
9. Lam üzerinde lizinli olduğunu belirten işaret olmalıdır.
10. 25x75x1mm ebatlarında olmalıdır.
11. Boyalı kısmına kurşun kalemle okunaklı şekilde yazılabilmelidir. Ürün bu özelliğini ksilol ve alkolde muhafaza etmeli, boyama işlemleriyle bozulup kalkmayan özellikte olmalıdır ve bu alana yazılacak notlar silinmemelidir.
12. Birbirine yapışmayan, iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan yapılmış olmalıdır. Tortusuz olmalıdır.
13. Etiketli, özel ambalajında özenle muhafaza edilmiş olmalı; malzemenin tozdan ve nemden etkilenmemesi için dış ambalajı jelatinle kaplı olmalıdır; paketler açılmış, yırtılmış veya hasar görmüş olmamalıdır
14. Lamlar yakın zaman içinde üretilmiş olmalı ve miyadları uzun (en az 18 ay) olmalıdır. Miyadına 3 ay kala firma tarafından değiştirilmelidir.
15. Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu belgelenmelidir.
16. En az 5 adet numune gönderilmelidir; numune laboratuarda denenip uygunluğuna karar verilecektir.
17. Özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum teslimat aşamasında test edilecektir ve uygun olmaması halinde zarar firmadan karşılanacaktır.
18. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

30.05.2025
Uzm. Dr. Ayşe Dönel
Dip. Tescil No: 197273



30.05.2025
Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 19817
Açık Devlet Hastanesi

