

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.06.2025

Sayı: 540
Konu: HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞU ALIMI (6 ADET -240 ML)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI LÜMEN İÇİ STERİLİZASYON KARTUŞU - BOOSTER			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

**HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ İÇİN
HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞU (240 ml) TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Hidrojen peroksit kartuşu Stericool marka cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Hidrojen peroksit kartuşu 240ml'lik ambalajlarda olmalı ve cihazın kartuş yuvasına uyacak ebetlerde olmalıdır.
3. 110 litre kapasiteli sterilizatör için,1 kartuş ile en az 24 döngü yapılabilmelidir.
4. Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 6 ay'dan az olmamalıdır.
5. Kartuşun içinde bulunan sterilantın etken bileşeni %59'luk (+/- 2) hidrojen peroksit olmalıdır.
6. Her bir kartuşun üzerinde, kalan döngü sayısını ve tüpün son kullanma tarihini otomatik olarak tespit ederek ekrana yansıtacak barkod veya RFID sistemi bulunmalıdır.
7. Kartuşlar CE belgesine sahip olmalıdır.

Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Müşteri Temsilcisi

Serhat AKKUŞ
Sterilizasyon Birim Sorumlusu

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sevdi ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri